

Gäller för: VO8 Medicin 2, Njurmedicinmottagning
Innehållsansvar: Maria Lindblom, (marli40), Sjuksköterska
Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef
Godkänd av: Kerstin Larsson, (kerla9), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-02-21

Giltig till: 2028-02-20

Akutvagn, njurmedicinmottagningen

Revideringar i denna version

Nytt dokument.

Syfte

Syftet är att tydliggöra akutvagnens innehåll samt en beskrivning för sjuksköterskor på Njurmedicinmottagningen och PD-mottagningen om hur man, enligt rutin [Akutask SkaS](#) samt [Andningshjälpmedel](#), kontrollerar och uppdaterar akutvagnen efter användning.

Arbetsbeskrivning

Akutvagnen ska kontrolleras av sjuksköterskor på Njurmedicinmottagningen och PD-mottagningen en gång per månad enligt speciellt ansvarsschema.

Kontroller enligt nedan:

- Akututrustningen fungerar på akutvagnen
- Material finns enligt innehållsförteckning
- Läkemedel inte passerat utgångsdatum
- Sterilt gods inte passerat utgångsdatum
- Förpackningar är hela och inte skadade

Kontrollerna dokumenteras på signeringslista som finns på akutvagnen. Akutvagnen ska alltid vara påfylld enligt innehållsförteckning. När akutvagnen är använd är den person som bröt plomberingen ansvarig för att läkemedel och instrument

återställs. Läkemedel som inte finns i eget läkemedelsrum finns att boka i VNL. Det som inte finns i eget förråd kan eventuellt lånas från IVA, Akuten, Operation för att senare återlämnas när man beställt hem eget.

På akutvagnen

- Skrivplatta med "Arbetsblad vid hjärtlarm" och handlingsplan för S-HLR
- Klocka och penna
- Hantering av infusionsreaktioner vid iv järnbehandling
- Handskar S + L
 - Signeringslista för kontroll (**finns i pärm**)
 - Innehållsförteckning/styrdokument [Allergisk svår \(anafylaktisk\) reaktion](#), [Riktlinje Akutask SkaS](#) och [Andningshjälpmedel](#) (**finns i pärm**)

Vänster sida

Droppställning:

- Rubens ballong "Amb SPUR II" - **oöppnad!** (engångs)
- Pocketmask (engångs)
- Syrgasmask
- Sax

O2-driven sug och syrgas kopplat till grön syrgasslang med smal, vit nippel. Behållare samt grå koppling skall diskas (flergångs), resten är engångsmaterial. Testa O2 + sug så det fungerar-

OBS! Har syrgasflaskan varit i användning **SKA** den bytas ut mot en ny!

Höger sida

- Papperskorg

Låda 1

- Plasmalyte 1000 ml x 1
- Infusionsaggregat x 1

Akutask 1

- EpiPen 300 µg x 2
- Nitrolingualspray 0,4 mg/dos x 1

Akutask 2

- Airomir autohaler 0,1 mg/dos x 1
- Glukos 300 mg/ml 10 ml x 10

Akutask 3

- Betapred 4 mg/ml x 1
- Naloxon 0,4 mg/ml x 1
- Midazolon 5 mg/ml x 1

Låda 2

- Tegaderm för PVK x 5
- NaCl 9 mg/ml, 10 ml x 3
- Förfylld NaCl 9 mg/ml, 10 ml x 3
- Tejp x 1
- Stasband x 1
- Backventil R-lock x 3
- Combi-stopper kork x 3
- Uppdragningskanyl rosa x 5
- 3-vägskran med förlängning 10 cm x 2
- PVK grön x 3
- PVK rosa x 2
- PVK blå x 3
- PVK gul x 2
- Spruta luer slip 10 ml x 5
- Spruta luer slip 5 ml x 3
- Spruta luer slip 2 ml x 2
- Etiketter Natriumklorid
- Etiketter blank
- Sterila kompresser 5 x 5 cm x 5 st

Låda 3

- Svalgtub röd (100 mm) x 1
- Svalgtub gul (90 mm) x 1
- Svalgtub grön (800 mm) x 1
- Svalgtub vit (70 mm) x 1
- Nästub storlek: 18, 22, 26, 30 och 34 (påfyllnad finns i skåp vid behandlingsrum 550)
- Sugkateter – grön CH 14 (25 cm)

Lådan längst ner

- Blodtrycksmanschett
- Stetoskop
- Klorhexidinsprit 5 mg/ml, 250 ml x 1
- Pump till klorhexidinsprit
- Plomberingar
- Narkotikajournal

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO8 Medicin 2, Njurmedicinmottagning

Innehållsansvar: Maria Lindblom, (marli40), Sjuksköterska

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Kerstin Larsson, (kerla9), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9715-1834850575-212

Version: 1.0

Giltig från: 2026-02-21

Giltig till: 2028-02-20