

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2025-05-16

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Giltig till: 2027-05-08

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15), Verksamhetschef

# Central dialyskateter (CDK), start och avslut - njursjukvård

## Revideringar i denna version

Tar bort punkt gällande TEGO-propp då den inte används längre.

## Syfte

Arbetsbeskrivning vid start och avslut av dialys via CDK (Central Dialyskateter).

## Arbetsbeskrivning

### Start av dialys via CDK

1. Sprita händerna och underarmarna. Låt torka.
2. Förbered så mycket som möjligt, lägg fram material samt avlägsna den ”gamla strumpan”.
3. Sprita händerna och underarmarna igen. Låt torka.
4. Ta på plastförkläde och visir/munskydd.
5. Sprita händerna och underarmarna igen. Låt torka.
6. Ta på rena handskar.
7. Undvik att samtala under själva starten.
8. Lägg en steril duk under skänklarna.
9. Sprita kateterskänklarna med Klorhexidinsprit. Låt torka.
10. Aspirera kateterlåset, minst 3 ml per kateterskänkel.
11. Spruta sedan in 10ml NaCl i vardera skänkeln och gör funktionskontroll.
12. Starta dialysbehandlingen.
  - *Går det inte att aspirera ut antikoagulantia-installationen kan den sprutas in långsamt i patienten. Spola därefter katetern med NaCl. Mindre spruta ger högre tryck.*

## Avslut av dialys via CDK

1. Sprita händerna och underarmarna. Låt torka.
2. Förbered så mycket som möjligt, lägg fram avslutningsmaterial.
3. Sprita händerna och underarmarna. Låt torka.
4. Ta på plastförkläde och visir/munskydd.
5. Sprita händerna och underarmarna. Låt torka.
6. Ta på rena handskar.
7. Undvik att samtala under själva avslutet.
8. Lägg en steril duk under skänklarna.
9. Avsluta behandlingen och ge tillbaka blodet.
10. Sprita kateterskänklarna med Klorhexidinsprit. Låt torka.
11. Spola skänklarna med minst 10 ml NaCl i vardera skänkeln. Det får inte finnas några blodrester i katetern.
12. Installera kateterlås (enl. ordination) i skänklarna. Spruta in långsamt (cirka 10 sek).
13. Märk skänklarna med ifyllda informationsetiketter (läkemedel, volym, datum och signering).

## Arbetsgrupp

*Innehållsansvarig*

Sofie Löfgren, Sektionsledare, Dialysmottagningen, SkaS Skövde

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Kard Inf Hud Njur Gastro

**Innehållsansvar:** Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

**Granskad av:** Anna Wärme, (annwa49), Processchef

**Godkänd av:** Andreas Lestander Melin, (andle15),  
Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9715-1834850575-25

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2025-05-16

**Giltig till:** 2027-05-08