

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-30

Giltig till: 2027-04-24

Hemodialys i hemmet - kalendarium för vattenprovtagning

Revideringar i denna version

Borttagning av info om NX stage.

Syfte

Att erhålla en rutin för kontroll av vattenkvalité hos patienter med hemodialys i hemmet (HHD).

Arbetsbeskrivning

Normalrutin

HHD-teamet utarbetar ett kalendarium som signeras av berörda medlemmar inom HHD-teamet innan det tas i bruk. Ett kalendarium skall vara utarbetat innan patienter går hem alternativt innan årets utgång. Ett kalendarium är giltigt ett kalenderår.

Ny hempatient

Vattenprover skall tas tre månader i rad där varje provpunkt skall inkluderas (ingångsvatten, tappställe samt dialysvatten).

Fortsättningsvis skall vattenprover tas varannan månad och då på tappställe samt dialysvatten under patientens första år som hemodialyspatient.

Ex. Första året (1 - Ingångsvatten, 2 - Tappställe, 3 - Dialysvatten)

Provtagning				
Månad	Klor-sticka	Kem. Vatten (Eurofins)	Baktlab/Endo	Kem. dialysatvätska
Jan	X	1,2	1,2,3	X
Feb	X	1,2	1,2,3	X
Mars	X	1,2	1,2,3	X
April				
Maj	X	2	2,3	X
Jun				
Jul	X	2	2,3	X
Aug				
Sep	X	2	2,3	X
Okt				
Nov	X	2	2,3	X
Dec				

Patient som varit hemma 1 år

Vattenprover behöver endast tas en gång per kvartal (om tidigare prover varit utan anmärkning samt att patienten har kommunalt vatten).

Ingångsvatten skall tas minst en gång per år. Vid eget vatten

skall prover tas mer efter årstidsvariationer och ingångsvatten skall tas minst två gånger per år. För patienter med eget vatten måste en mer individuell bedömning göras av ansvarig nefrolog.

Ex. Andra året

Provtagning				
Månad	Klor-sticka	Kem. Vatten (Eurofins)	Baktlab/Endo	Kem. dialysatvätska
Jan	X	1,2	1,2,3	X
Feb				
Mars				
April	X	2	2,3	X
Maj				
Jun				
Jul	X	2	2,3	X
Aug				
Sep				
Okt	X	2	2,3	X
Nov				
Dec				

Vid utbyte av vattenrening alternativt dialysmaskin skall odlingsprover tas, dock kan patienten genomföra dialysbehandling hemma i väntan på odlings svar.

Även vid positivt odlings svar skall kontrollprov tas, dock kan patienten efter individuell bedömning av ansvarig nefrolog genomföra dialysbehandling hemma i väntan på odlings svar.

Korrigeringar i kalendarium med anledning av sommarsemester kan förekomma under året.

Patient med Physidia:

Vid användning av Physidia behövs ingen vattenprovtagning eftersom all dialysvätska är färdigtillverkad innan det levereras till patient.

Relaterad information

Kopia på Kalendarium förvaras i aktuell patientpärm.

Arbetsgrupp

Innehållsansvarig

Joost Fokkelman, Medicinteknisk civilingenjör, Medicinsk teknik, SkaS Skövde

Anna Wärme, Överläkare, Njurmedicinska kliniken, SkaS Skövde

Elin Johansson, Sjuksköterska, Dialysmottagningen, SkaS Skövde

Emilia Wahlstrand, Sjuksköterska, Dialysmottagningen, SkaS Skövde

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9715-1834850575-52

Version: 7.0

Giltig från: 2025-04-30

Giltig till: 2027-04-24