

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2026-06-18

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Giltig till: 2028-06-18

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Kerstin Larsson, (kerla9), Verksamhetschef

Hemodialys, kompetenskort för sjuksköterska – njursjukvård

Innehållsförteckning

Revideringar i denna version.....	1
Syfte.....	1
Ansvar	1
Normalrutin	2
Avancerat kompetenskort för hemodialys.....	3
Arbetsgrupp.....	4
Kompetenskort hemodialys-sjuksköterska.....	5

Revideringar i denna version

Redaktionella ändringar. Komplettera kompetenskortet med CDS och andra relevanta utbildningar som genomförs av driftsansvarig för teknik, samt förtydliga att medarbetaren kommer att gå igenom relevanta GMP-styrdokument i enlighet med innehållsförteckningen.

Syfte

GMP-dokument (Good Manufacturing Practice).

Tydliggöra att sjuksköterskan skaffat sig erforderliga kunskaper i ämnet hemodialys, samt kunskap att hantera den tekniska utrustning som följer med behandlingen på Dialysmottagningen Skaraborgs Sjukhus Skövde, SkaS Skövde.

Ansvar

Driftsansvarig för personal (enhetschefen) ansvarar för att ny personal får utbildning och handledning utifrån fastställt utbildningsdokument.

Medarbetare som varit ifrån arbetet mer än 6 månader (till exempel långtidssjukskrivna/tjänstlediga) skall få en återintroduktion efter behov. Återintroduktionen dokumenteras på checklista “*Avancerat kompetenskort för hemodialys*”. All personal har ett individuellt [utbildningskort](#) som uppdateras löpande.

Normalrutin

Introduktionen är individuellt och uppföljande samtal sker tillsammans med driftansvarig för personal och handledare. För en erfaren sjuksköterska är ett riktmärke för inskolningstiden cirka åtta veckor. All ny personal får två handledare att följa under hela introduktionen. Tillsammans med dem planeras introduktionen med kompetenskortet som grund.

Undervisning av dialysmaskin sker av handledare.

Utbildning i GMP sker under introduktionen samt årligen och genomförs digitalt i Lärportalen – GMP Dialys, detta sker enligt HSLF-FS 2022:40. Genomförd utbildning signeras på kompetenskort sedan årligen på individuellt utbildningskort. Vid det årliga medarbetarsamtalet ska enhetschefen säkerställa att utförandet samt dokumentationen av GMP-utbildningar är fullständigt och korrekt. Tillverkning och hantering av hemofiltrationsvätskor inom sjukvården omfattar principerna för GMP samt grundutbildning i vattenrening.

Som sjuksköterska på Dialysmottagningen SkaS Skövde ansvarar man självständigt för utförandet av behandling. Läkare finns tillgänglig men träffar inte alltid patienten i samband med behandling. Medicinska ordinationer/ställningstagande avseende dialysdos och ultrafiltration utförs av sjuksköterska med utgångspunkt från en skriftlig ordination i patientpärm. Sjuksköterskans formella kompetens, genomgången kompetenskort samt den reella kompetens han/hon får genom arbetet skapar förutsättningar för en behandling med hög kvalitet.

Sjuksköterskan och handledaren stämmer av och signerar aktuella avsnitt i kompetenskortet under inskolningstiden. Datum skrivs med år, månad och dag. Driftansvarig för personal, handledaren och sjuksköterskan går igenom kompetenskortet tillsammans och skriver under dokumentet som sedan förvaras i pärm på mottagningen så länge personen är anställd, samt i tre år efter avslutad anställning. Från och med nu arbetar sjuksköterskan självständigt med egna patienter på sal, dock aldrig ensam utan alltid tillsammans med en mer erfaren sjuksköterska.

Avancerat kompetenskort för hemodialys

Dialysmottagningen, Njurmedicinska kliniken vid Skaraborgs Sjukhus

Skövde (SkaS Skövde). Efter avklarat moment skrivs datum

(ÅÅ/MM/DD) och signatur av handledare och nyanställd.

Medarbetare: _____

VGR-id: _____

Handledare: _____

	Signatur/datum handledare	Signatur/datum nyanställd	Kompetenspärm dialys - SSK
Introduktion till GMP			1
Administrativa program			2
Genomgång av relevanta styrdokument i enlighet med innehållsförteckningen			3
Genomförd utbildning av CDS av personal från MT			4
Genomförd utbildning av vattenanläggning av personal från MT			5
Dagliga inspektioner av mottagningen			6
Behandlingsprotokoll			7
Aseptik vid behandling			8
Uppstart av maskin + test			9
Förberedelse inför behandling			10
Genomgång av accesser			11
Priming av kassettsystem			12
Behandlingstyper			13
Torrsvikt			14
Ultrafiltration			15
Dialys med/utan antikoagulantia			16
Blodtrycksmätning			17
Profilering			18
Start av behandling			19
Artär- och ventryck			20
Larmhantering			21
Komplikationer under behandling			22
Konduktivitet			23
TMP			24
OCM			25

Recirkulation			26
Luftvakt			27
Rundkoppling			28
Blodläckage			29
Provtagning i samband med dialys			30
Administrering av läkemedel			31
Avsluta behandling			32
Dokumentation vid HD			33
Rengöring av maskin			34
Stor rengöring av maskin			35
Vattenprover			36
Accessflödesmätning			37
BCM			38
Introduktion av ultraljudsanvändning			39
TEAM-arbete			40
Maskinutbildning			41
Akut/Extern dialys			42

Arbetsgrupp

Innehållsansvarig

Thomas Turemark, Sjuksköterska, Dialysmottagningen, SkaS Skövde

Sofie Löfgren, Sektionsledare, Dialysmottagningen, SkaS Skövde.

Kompetenskort hemodialys-sjuksköterska

Härmed bekräftar jag (namn)

.....

Födelsedata (år/mån/dag)

erhållit utbildning i teori och praktik för att utifrån min formella och reella kompetens självständigt genomföra en hemodialysbehandling vid Dialysmottagningen SkaS Skövde.

Som sjuksköterska har jag eget ansvar att söka kunskap, vara delaktig i diskussioner och närvara vid utbildningstillfällen samt signalera för närmaste chef, behov av fortbildning.

Den hemodialysmaskin som finns på dialysmottagningen och omfattas av detta kompetenskort är Fresenius 6008.

Skövde 20

.....

Driftansvarig för personal

.....

Handledare

.....

Medarbetare

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Granskad av: Baran Mardoukhi, (barma17), Apotekare, Anna
Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Kerstin Larsson, (kerla9), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9715-1834850575-55

Version: 9.0

Giltig från: 2026-06-18

Giltig till: 2028-06-18