

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2025-10-27

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Giltig till: 2027-10-17

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

Akutdialys nattetid - njursjukvård

Revideringar i denna version

Ändringar i arbetsbeskrivning.

Syfte

Beskriva rutiner vid akutdialys nattetid.

Arbetsbeskrivning

Eftersom hetvatten cirkulerar i vattenslingan från vattenreningsanläggningen ut i systemet från kl. 22.00 på söndagar, tisdagar och torsdagar, kan den ordinarie vattenslingan inte användas för dialys under dessa tider.

Vid behov av akutdialys under dessa kvällar/nätter ska akututtag användas. Akututtaget finns vid handfatet på toaletten i Väst enkelrum.

För att öka beredskapen för akuta dialyser under jourtid, utanför ordinarie öppettider, bör följande rutiner vara vägledande.

Rutinerna gäller i första hand för patienter tillhörande Njurmedicinska kliniken och omfattar inte dialysverksamhet som kräver intensivvård. Eventuella avvikelser från dessa rutiner, beslutas och ordineras av jourhavande njurmedicinsk läkare.

Jourhavande njurmedicinsk läkare bedömer behovet av dialys under jourtid. Kan dialysen inte vänta tills nästkommande dag/pass kontaktas dialyssjuksköterska. En uppdaterad lista över sjuksköterskor med kompetens att köra akutdialyser finns tillgänglig på koordinatorexpeditionen på Njur- sår- och medicinavdelningen. Rutinen är att två sjuksköterskor alternativt en sjuksköterska och en undersköterska rings in (sjuksköterskan avgör om den andra personen är en sjuksköterska eller undersköterska). Innan man ringer dialyssjuksköterska ska patienten vara på plats samt ha en fungerande dialysaccess (CDK eller AV-fistel/-graft).

Dialysordinationer ordineras av jourhavande njurmedicinsk läkare som även avgör om fistelpunktion alternativt kateterinläggning skall utnyttjas för adekvat blodväg. Jourhavande njurmedicinsk läkare skall **alltid finnas på sjukhuset** under pågående akutdialys eller akut ultrafiltration.

Efter avslutad dialys skall dialysmaskinen köras på rengöringsprogram. Separat daganteckning skall införas i patientens journal avseende akutdialys.

Dialystillfället ska registreras i Elvis.

Vid ankomst till dialysen skall följande utföras:

(dagar när vattenreningsanläggningen INTE går upp i hetvatten)

- Ta ut akutvagn.
- Sätt vattenreningsanläggningen till manuellt läge, bild 1.
- Efter dialysen är genomförd ska vattenreningsanläggningen sättas tillbaka i auto-läge.
- Dialysmaskinen kommer inte kunna köras i hetdesinfektion.
- Genomför en hetdesinfektion följande dag innan nästa behandling. Markera maskinen.



Bild 1: Starta manuell drift

Arbetsgrupp

Innehållsansvarig

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Sofie Löfgren, Sektionsledare, Dialysmottagningen SkaS Skövde

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9715-1834850575-6

Version: 5.0

Giltig från: 2025-10-27

Giltig till: 2027-10-17