

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro, Njurmedicin, Dialysmottagning

Giltig från: 2025-01-09

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Giltig till: 2027-01-08

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15), Verksamhetschef

IVA-dialys, materiel - njursjukvård

Revideringar i denna version

Omfattande ändringar under ”Arbetsbeskrivning” samt korrigerings av ”Arbetsgrupp”. Byte av innehållsansvarig.

Syfte

Beskriva materiel som behövs vid IVA-Dialys.

Arbetsbeskrivning

Att ta med vid IVA-dialys:

- Dialysmaskin, Fresenius 6008
- Aqua-UNO
- Behandlingsprotokoll
- Smartbag (Läkarordination)
- Bibag
- Slangset
- Slaskpåse
- NaCl-påse 2000 ml
- Dialysfilter (Läkarordination)
- 70% sprit
- ”Blå mellankoppling” för cirukaltionskoppling
- Ordinerade läkemedel (blodförtunning, kateterlås m.m.)
- AV-fistel nålar, tejp
- Sprutor
- Omläggingsset

Arbetsgrupp

Innehållsansvarig

Bogdan Matei, Specialistläkare, Njurmedicinska kliniken, SkaS Skövde

Sofie Löfgren, Sektionsledare, Dialysmottagningen, SkaS Skövde

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro, Njurmedicin,
Dialysmottagning

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9715-1834850575-60

Version: 6.0

Giltig från: 2025-01-09

Giltig till: 2027-01-08