

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2026-03-26

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Giltig till: 2028-03-23

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Kerstin Larsson, (kerla9), Verksamhetschef

Akutvagn, dialysmottagning - njursjukvård

Revideringar i denna version

Ändring av innehållsansvarig.

Syfte

Beskrivning för akutvagnsansvariga samt sjuksköterskor med anställning på Dialysmottagningen SkaS Skövde om hur man, enligt rutin, kontrollerar samt uppdaterar akutvagnen efter användning. Syftet är också att tydliggöra akutvagnens innehåll.

Arbetsbeskrivning

Akutvagnen sköts av HLR-ansvariga på Dialysmottagningen, den ska gås igenom en gång per månad med avtorkning samt kontroll enligt lista nedan:

- Akututrustningen fungerar på akutvagnen
- Material finns enligt innehållsförteckning
- Läkemedel inte passerat utgångsdatum
- Sterilt gods inte passerat utgångsdatum
- Förpackningar är hela och inte skadade

Kontrollerna dokumenteras på signeringslista som finns på akutvagnen. Akutvagnen ska alltid vara påfylld enligt innehållsförteckning.

När akutvagnen är använd är den person som bröt plomberingen ansvarig för att läkemedel och instrument återställs. Läkemedel som inte finns i eget läkemedelsrum finns att boka i VNL. Det som inte finns i eget förråd kan eventuellt lånas från IVA, Akuten, Operation för att senare återlämnas när man beställt hem eget.

Innehåll

Venvägslåda

- Sprutor:
 - * 20 ml – 2 st.
 - * 10 ml – 4 st.
 - * 5 ml – 3 st.
 - * 3 ml – 4 st.
- Kanyler:
 - * Rosa – uppdragskanyl – 6 st.
 - * Grön
 - * Blå
 - * Grå
- Perifier venkateter:
 - * Grön – 2 st.
 - * Rosa – 2 st.
 - * Blå – 2 st.
- Steril kompress – 2 st.
- NaCl 9 mg/ml 100 ml – 1 st.
- NaCl 9 mg/ml 20 ml – 4 st.
- NaCl 9 mg/ml 10 ml – 4 st.
- PVK-förband – 4 st.
- Proppar
- Stasband
- Rakhyvlar – 2 st.
- Klorhexidinsprit
- Papperstussar
- Bred tejp
- Trevägskran med slang – 2 st.
- Injektionsport – 4 st.

Luftvägslåda

- Nästuber **18 – 22 – 26 – 30 – 34**
- Svalgtuber **röd – gul – grön – vit - svart**
- Xylocaingel – 1 st.
- Spatel
- Magillstång
- Sax
- Peang
- Sug och sugkateter: Blå (2 st.) Grön (3 st.), Vit (3 st.)

Läkemedelslåda

- Block och penna
- Akutask SkaS
- Natriumbikarbonat (2 st.)
- Natriumklorid (500 ml)
- Glukos 5 % (1000 ml)
- Infusionsaggregat (3 st.)

Diverselåda

- Plombering
- Stetoskop
- Blodtrycksmanschett
- Ficklampa

Höger sida (sett framifrån)

- Syrgastub
- Kopplad sug/sugaggregat
- Syrgasmask
- Syrgasgrimba

Vänstersida (sett framifrån)

- Kontroll för signering
- Arbetsblad vid hjärtstopp

Ovanpå

- Pocketmask för användning av enhetens personal som inte är tränad i att använda andningsblåsa.
- Andningsblåsa (engångs) vuxen
- Tidtagarur

Arbetsgrupp

Innehållsansvarig

Sofie Löfgren, Sektionsledare, Dialysmottagningen SkaS Skövde.

Elin Johansson, Sjuksköterska, Dialysmottagningen SkaS Skövde.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Kerstin Larsson, (kerla9), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9715-1834850575-7

Version: 9.0

Giltig från: 2026-03-26

Giltig till: 2028-03-23