

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2025-09-01

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Giltig till: 2027-09-01

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

Mobil- och datoranvändning vid dialys - njursjukvård

Revideringar i denna version

Förlängs i oförändrad version.

Syfte

Visa de lokala regler som gäller för användning av mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer för patienter och medarbetare vid Dialysmottagningen SkaS Skövde. Ansvar/arbetsbeskrivning
Dialysmottagningen klassas som en definierad riskzon och verksamhetschefen har det yttersta ansvaret för säkerheten på mottagningen. All personal har ansvar att informera våra patienter om vad som gäller för mobil- och datoranvändning.

Normalrutin

Följande lokala regler gäller för Dialysmottagningen:

- Mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer ska inte laddas under pågående dialysbehandling, enbart batteridrift är tillåten.
- Mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer ska vara på ljudlös för att minimera störande på sal.
- Inga mobiltelefoner, surfplattor eller bärbara datorer får läggas ovanpå dialysmaskinerna.
- Används elnätsansluten apparat, TV, DVD-spelare eller musikspelare får den inte kunna vidröras av patienten, utan manövreras med fjärrkontroll.

Arbetsgrupp

Joost Fokkelman, Medicinteknisk ingenjör, Medicinsk teknik, SkaS Skövde

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9715-1834850575-79

Version: 7.0

Giltig från: 2025-09-01

Giltig till: 2027-09-01