

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Giltig från: 2024-04-29

Innehållsansvar: Rula Nawlo, (rulna1), Specialistläkare

Giltig till: 2026-04-30

Granskad av: Pasi Bauer, (pasba1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Kolposkopi – assistansrutin i gynekologisk öppenvård

Revideringar i denna version

Revidering markerad med gult.

Bakgrund, syfte och mål

Arbetsrutin för kolposkopiundersökning vid gynmottagningen i Skövde.

Duka upp

Under gynstolen, i en rondskål, på ett underlägg:

- Spatel och borste till cytologprov (hanteras med spritade händer).
- pH-sticka.
- 2 st medicinmuggar – en med jodkalium APL 5 % och den andra med ättiksyra 5 %.
- 4 st små vita tussar.
- Osteril peang.
- Några öronpinnar.

På bordet dukas fram:

- Provtagningsburk för cellprov.
- Medicinmugg med koksalt i.
- Formalinburk.
- Px-tång.
- Objektglas.
- Täckglas.
- Kaliumhydroxid för snifftest.
- Natriumklorid för wet smear.
- Silvernitrastickor.

Vi loggar in oss på Melior och Pixara innan patienten kommer. Se separat rutin för inloggning i Pixara.

Tillgängligt men inte uppdukat finns

- Albotyl.
- Medicinmugg för Albotyl.
- Tampong.
- Curette.
- pH-sticka.

Arbetsbeskrivning

1. Vi kollar alltid med patienten så att det stämmer med persondata och få patientens tillåtelse att spara bilder i journalen.
2. Läkaren tar cytologprov, assisterande hjälper till och vispar provet till provtagningsburken (se affisch i undersökningsrummet).
3. Vid behov wet smear.
4. Läkaren penslar med ättikslösning, kolposkoperar och tar bilder till journalen. Därefter penslar hen med jodkalium, kolposkoperar ånyo + tar bilder till journalen.
5. Px tas om det behövs. Läkaren lägger provbitarna i formalinburken. Px-tången sköljs av i medicinmuggen med koksalt innan nytt px tas.
6. Läkaren blodstillar med Silvernitrattpinnar eller Albotyl vid behov.
7. Viktigt att efteråt sprita de ytor som använts.

Cellprov utan assistans

- Tänk på att ta fram borste och spatel som ligger färdigt i burk på bordet, med spritade rena händer och handskar.
- Viktigt att tänka på att det finns risk för HPV-kontamination från orena ytor.
- För ner provmaterialet från spatel och borste i provtagningsburken enligt instruktion (se affisch i undersökningsrummet).

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Innehållsansvar: Rula Nawlo, (rulna1), Specialistläkare

Granskad av: Pasi Bauer, (pasba1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9716-1940753776-174

Version: 7.0

Giltig från: 2024-04-29

Giltig till: 2026-04-30