

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Giltig från: 2025-11-04

Innehållsansvar: Jenny Bratt, (jenbr22), Specialistundersköterska

Giltig till: 2027-11-30

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Pulsoximeter, mäta syremättnad – BB-vård

Revideringar i denna version

Förlängd giltighetstid,

Bakgrund, syfte och mål

Mäta syremättnad i blodet och/eller puls på barn eller mor.

Arbetsbeskrivning

Förvaring och material

Apparat med tillhörande material förvaras i apparatrummet på BB.

Provtagning

Utförs av personal som är väl förtrogen med apparaten. Se styrdokument [POX-screening av nyfödda](#).

Skötsel

Apparaten inklusive sladd och sensorer torkas av efter användning och apparaten ställs tillbaka i apparatrummet på BB.

Arbetsgrupp

Jenny Bratt och Pernilla Engström.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Innehållsansvar: Jenny Bratt, (jenbr22),
Specialistundersköterska

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9716-1940753776-244

Version: 6.0

Giltig från: 2025-11-04

Giltig till: 2027-11-30