

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Granskad av: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-04-04

Giltig till: 2027-04-04

Kontaktlinsvila innan biometrimätning - ögonsjukvård

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighetstid.

Bakgrund och syfte

När patienten använder sig av mjuka eller hårda kontaktlinser påverkar detta mätningen av hornhinnan vid en biometri. Patienten behöver därför göra uppehåll med sina kontaktlinser innan en biometrimätning genomförs för att få en så tillförlitlig mätning som möjligt.

Utförande

Vi följer den regionövergripande medicinska rutinen för kontaktlinsvila innan biometrimätning. Följ länk nedan.

Relaterade dokument

[Kontaktlinsvila innan biometrimätning](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Ögon ÖNH Käk Log

Innehållsansvar: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Granskad av: Mimmi Lindqvist, (mimli), Överläkare

Godkänd av: Cecilia Andersson, (cecan1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9725-959466179-27

Version: 9.0

Giltig från: 2025-04-04

Giltig till: 2027-04-04