

Gäller för: Skaraborgs Sjukhus

Giltig från: 2026-06-03

Innehållsansvar: Elin Holmstrand, (eliho5), Avancerad spec.sjuksköterska

Giltig till: 2028-06-03

Granskad av: Magnus Olsson, (magol1), Chefläkare

Godkänd av: Annette Trengre Jarlshammar, (antr2), Utvecklingschef

Trakealkanyl – dokumentation i Melior

Förändringar sedan föregående version

Förlängd giltighet

Bakgrund och syfte

Patienter som har behov av kvarliggande trakealkanyl behöver synliggöras i dokumentationen i Melior. Syftet med detta styrdokument är att underlätta och tydliggöra dokumentationen kring dessa infarter. Målet är att skapa en rutin för dokumentationen som blir väl synlig i journalen oavsett vilken organisation på SkaS som är involverad. Detta ökar patientsäkerheten.

Arbetsbeskrivning

I samband med att patienten får en trakealkanyl öppnas stjärnmallen *Trakealkanyl. Om patienten förväntas ha kvar infarten över längre tid, d.v.s. inte endast under vårdtillfället, placeras den som en Fri aktivitet. Även skötsel och handhavande av denna infart skall dokumenteras under Fri aktivitet. Detta säkerställer att den blir väl synlig oberoende organisation. Om patienten fått infarten för kortare tid kan den dokumenteras under pågående vårdtillfälle. När trakealkanylen avlägsnas måste den flyttas till respektive vårdkontakt så att den

avlägsnas från Fri aktivitet. Detta åligger den person som avlägsnar trakealkanylen.

Trakealkanyl

Dokumentation i mallen kan ske av olika yrkeskategorier.
Här beskrivs hur dokumentationen ska utföras.

Term	Termtyp	Alternativ	Ev alternativ	Kommentar
<i>Makulerad</i>	<i>Fritext</i>			<i>I grundmall</i>
<i>Student</i>	<i>Fritext</i>			<i>I grundmall</i>
Insättningsdatum	datumfält			
Fabrikat		- Portex Blue Line Ultra Bivona Uniperc Shiley		
Produktkod	Text			Manuell inmatning av produktens kod
LOTnummer				Manuell inmatning av produktens LOTnummer
Storlek	Enval			Valbar siffra samt möjlighet till fritext
Tillbehör	Flerval	Justerbar Fenestrerad Extra sugkanal Med kuff Innerkanyl		
Metod	Enval	Percutan Öppen		
Sugsystem	Enval	Väggfast Bärbar		
SKÖTSEL				
Länk till vårdhandbok	Länk			
Omläggning	Datumfält			
Kufftryck	Enval	cmH2O mbar		
Suturborttagning	Datum	Planerat datum	Utfört datum	
Band	Enval	Bomullsband Trackband Kanylband medföljer förpackning		
Kanylbyte	Datumfält	Utfört datum	Nästa byte	

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Byte av sugsystem	Datumfält			
Dekanylerad	Datumfält			

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Skaraborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Elin Holmstrand, (eliho5), Avancerad spec.sjuksköterska

Granskad av: Magnus Olsson, (magol1), Chefläkare

Godkänd av: Annette Trengde Jarlshammar, (anntr2), Utvecklingschef

Dokument-ID: SKAS9730-1455443510-120

Version: 4.0

Giltig från: 2026-06-03

Giltig till: 2028-06-03