

STY Njur- och urinvägssjukdomar SkaS

Bilaga 1 till styrdokument "Hemodialys, avtal med kommun - njursjukvård" med STY-ID: SKAS9715-1834850575-50.

Innehållsansvarig: Ida Pontén, Enhetschef, Dialysmottagningen, SkaS Skövde

Senaste revidering: 2025-05-06

Överenskommelse mellan Njurmedicinska kliniken, Skaraborgs Sjukhus, Skövde och
..... kommun.

Syfte

Att möjliggöra för patienter, med behov av dialys, att få sin behandling tillgodosedd i det egna hemmet.

Behov

Hem-hemodialyspatienter är helt beroende av vatten för att kunna genomföra sin behandling i hemmet, de behandlas 4–7 gånger per vecka. Varje behandling kräver cirka 120 liter vatten. Vattnet måste vara av mycket god kvalitet. Inkommande dricksvatten renas på plats i hemmet genom en reningsanläggning som består av bland annat jonbytare, partikelfilter, kolfilter, RO-filter. Efter reningsanläggningen kopplas en dialysmaskin som blandar det renade vattnet med dialyskoncentrat till dialysvätska.

Ansvar

Verksamhetschefen för Njurmedicinska kliniken och chefen i berörd kommun ansvarar för att all berörd personal inom respektive verksamhetsområde får information om rutin och ansvar.

Anmälan

Ansvarig företrädare i kommun åtar sig att snarast informera Dialysmottagningen i Skövde om förändrade rutiner för ingångsvattnets kvalitet, liksom vidtagna åtgärder såsom ändrad rening med t ex aluminiumsalter, chockklorering eller ändring av vattenverkets egen kontroll. Dialysmottagningen handlägger frågan vidare med aktuell patient. Om totalt avbrott i vattenförsörjningen skulle uppstå skall Dialysmottagningen omedelbart meddelas.

Kontaktperson: Dialysmottagningen, Skövde. Tel. 0500-432446/432 414 (måndag-fredag kl. 7–16, lördag kl. 7-15).

Övrig tid: 0500–432423 (Njurmedicinska vårdavdelningen).

Detta avtal gäller tills vidare.

Verksamhetschef Njurmedicin

Ansvarig i kommunen