

## Omläggning av PD-kateter på operation Skövde 2023

PD-kateter och förband skickas med från PD-mottagningen.

Det viktigaste är att vi inte klipper i en kompress och lägger runt utgångshålet pga att den då fastnar i sårskorpan. Det är också noga att kopplingen dras åt ordentligt, ingen glipa mellan den vita och blå delen. Vi ska lägga 2 små kompresser under katetern och 2 små över utan att täcka utgångshålet, täck med plast. Sen lindar vi in katetern i kompresser så den inte hänger och slänger och heller inte skaver på patienten, täck med en plastfilm till.

