Checklista till styrdokument
Spol- och diskdesinfektor – kvalitetssäkring

Bilaga 1.

Checklista – Daglig kontroll av spoldesinfektor

Spoldesinfektorns ID- nummer: _____

Enhet: _____Sjukhus: _____

Kontrollera och signera dagligen. Checklistan sorteras in i maskinens loggbok.

Vecka	Måndag	Tisdag	Onsdag	Torsdag	Fredag	Lördag	Söndag

Daglig kontroll av att:

- dysorna/spolmunstycken lätt kan rotera
- spolmunstycken och spjutens spolhål är rena och inte igensatta
- rätt diskmedel är aktiverat
- det finns diskmedel i behållare och att rimlig mängd diskmedel har gått åt. Följ åtgång genom nivåmärkning, sätt streck och datum på dunken.
- avloppet är fritt och eventuella galler/nät/insatser är rengjorda
- ytan i maskinen är fri från rost och fläckar, lucka och dörrpackning är utan anmärkning. Rostigt gods får aldrig lastas i maskinen.

Kontrollera efter varje process att:

- godset är synligt rent.
- registrerad tid och temperatur under desinfektionsfasen överensstämmer med vad som specificerats.

Vid avvikelse, kontakta Västfastigheters kundtjänst. Maskinen får inte användas förrän felet åtgärdats.

Postadress: Skaraborgs Sjukhus 541 85 Skövde
Besöksadress: Lövängsvägen 541 42 Skövde
Telefon: 0500-43 10 00
Webbplats: www.vgregion.se/skas
E-post: diariet.skas@vgregion.se