

STY Njur- och urinvägssjukdomar SkaS

Bilaga 1 till styrdokument "Koncentratanläggning för dialysvätska, daglig kontroll – njursjukvård" med STY-ID:

SKAS9715- 1834850575-209.

Innehållsansvarig: Ida Pontén, Enhetschef, Dialysmottagningen, SkaS Skövde

Senaste revidering: 2026-04-22

Statusprotokoll koncentratanläggning Fresenius CDS 03 (rum 12–5169)

Öppnad tank är hållbar 30 dagar

Förvaras i temperatur +5° C - +30° C

Månad:..... År:.....

Dag	211,25 CDS1		311,25 CDS2		Rumstemp (C°)			Cirkulations kontroll	Anmärkning	Sign
	Röd(R)/Grön(G)	Hållbarhetskontroll	Röd(R)/Grön(G)	Hållbarhetskontroll	År temperatur	Max temperatur	Min temperatur			
1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
14	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
15	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		

STY Njur- och urinvägssjukdomar SkaS

Bilaga 1 till styrdokument "Koncentratanläggning för dialysvätska, daglig kontroll – njursjukvård" med STY-ID:

SKAS9715- 1834850575-209.

Innehållsansvarig: Ida Pontén, Enhetschef, Dialysmottagningen, SkaS Skövde

Senaste revidering: 2026-04-22

Statusprotokoll koncentratanläggning Fresenius CDS 03 (rum 12–5169)

Öppnad tank är hållbar 30 dagar

Förvaras i temperatur +5° C - +30° C

Månad:..... År:.....

Dag	211,25		311,25		Rumstemp (C°)			Cirkulations kontroll	Anmärkning	Sign
	CDS1		CDS2							
	Röd(R)/Grön(G)	Hållbarhetskontr	Röd(R)/Grön(G)	Hållbarhetskontr	Är temperatur	Max temperatur	Min temperatur			
16		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
17		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
18		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
19		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
20		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
21		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
22		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
23		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
24		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
25		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
26		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
27		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
28		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
29		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
30		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		
31		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>		