

Beslut om rengöring och desinfektion koncentratanläggning på Dialysverksamheterna inom Västra Götalandsregionen.

Beslut

Nyckelpersonerna tar beslut om att Dialysverksamheten på XX ska följa den regionalt framtagna rutinen för rengöring och desinfektion av distributionssystem för koncentrat samt anslutningsrör och slangar, vilken baseras på en regional framtagen riskanalys, se bilaga 1 CDS koncentratanläggning, rapport och bilaga 2 CDS riskanalysschema.

Bakgrund

Med anledning av avvikelser utifrån myndighetskrav gällande rengöring och desinfektion av distributionssystem för koncentrat samt anslutningsrör och slangar, har samtliga dialysenheter inom regionen utvärderat hur kravet ska uppfyllas. En riskanalys togs fram med hjälp av sakkunskap inom regionen.

Bilaga 1. CDS koncentratanläggning, rapport

Bilaga 2. CDS riskanalysschema

Beslutat av nyckelpersoner på dialysenheten XX:

Datum:

Namnförtydligande
Medicinsk ansvarig för tillverkning

Underskrift

Datum:

Namnförtydligande
Driftansvarig för teknik

Underskrift

Datum:

Namnförtydligande
Sakkunnig person

Underskrift