

Åtgärdsplan

evakuering sterilt gods an-op SkaS S

Verksamhetsområde An-Op-
IVA SkaS

I första hand sker transport av gods på lediga kundvagnar, och plockvagnar från sterilförrådet.
I andra hand använd instrumentbord från stängda salar. Tänk på att inte stapla korgarna för högt!

Förråd med egen avfuktare, stäng dörren, låt godset vara kvar. Flyttas v. b. till

Ortopedkliniken	förråd 0	(09-2084)	sal 4
Access & Device	förråd sal 16	(09-2128)	sal 4
Öronkliniken	förråd 2	(09-2052)	Sal 4
Urologkliniken	förråd KAD	(09-2047)	Sal 4
	förråd sal 15	(09-2036)	Sal 4
Sterilförrådet	förråd vid hiss		sterilförråd

Avfuktarna i ovanstående förråd, visar den relativa luftfuktigheten (RF). Om fler avfuktare behöver frigöras - flytta det sterila godset enligt ovan.

Sal 4

Vid evakuering av sterilt gods till sal 4 ska luftavfuktarna sättas på. **Ingen ventilation** ska startas! Ta bort mjukmadrasserna från operationsbordet och täck med instrumentbordslakan. Använd operationsbordet för godsplacering vid behov. Flytta övrig utrustning enligt nedan.

Narkosbord	placering	narkosens rengöringsrum
Stolar/pallar	placering	förrum/sterilkorridor
Access & Device apparatur	placering	sterilkorridor
Pallställ	placering	korridor sal 1-6
Sorteringsvagn	placering	korridor sal 1-6

Ortopedkliniken - Implantat och sterilt gods från förråd 1-13.

Till sal 4

Samtliga KEN vagnar.

Förråd 1 (09-2060), allt gods.

Till sterilförråd

Övrigt sterilt gods

Öronkliniken - Allt sterilt gods förråd 1

Till sal 4

Förråd 1 (09-2064)

Kirurg- kvinnokliniken - Allt sterilt gods från förråd 1-9

Till sutur/stapler förråd i SF

Stapler förråd Kir F:1 (09-2071)

Till sterilförråd

Övrigt sterilt gods

Närförråd utanför sal 9 i sterilkorridoren - Till sterilförråd

Reservplan när sal 4 och sterilförråd inte räcker till

Öppna stängd sal. Koppla in och starta de två luftavfuktare från sterilkorridoren.

Ingen ventilation ska startas! Ta bort mjukmadrasserna från operationsbordet och täck med instrumentbordslakan. Använd operationsbordet för godsplacering vid behov.

An-op SkaS S 2020.06.15

Sektionsledare Instrumentcentralen, hygienansvarig undersköterska , enhetschefer