

Västra Götalandsregionen
Skaraborgs Sjukhus Skövde
Gynekologisk onkologimottagning
Datum: juni 2022

Information till distrikts-/kommunsköterska om PNP-kateter, percutan nefropyelostomikateter

PNP-katetern är inlagd på grund av ett passagehinder mellan njuren och urinblåsan. Hindret utgörs vanligen av ett konkrement eller av tumörväxt.

Avlastningstiden beror på orsaken till passagehindret. Vid längre avlastningstid byts PNP-kateter normalt var tredje månad, på röntgenavdelningen Skaraborgs Sjukhus Skövde. Patienten kallas till detta.

Uteblir kallelsen, var god ring gynekologiska onkologimottagningen på Skaraborgs Sjukhus Skövde på telefon 0500-43 14 09 (måndag till torsdag klockan 07.30–16.00, fredag 07.30–15.00).

Skötsel av PNP-kateter

Omläggning

Omläggning och fixationsförband byts en gång per vecka samt vid behov. En viss sekretion förekommer normalt från kateterns insticksställe. Tvättas bort med NaCl. Om rodnad vid insticksstället, kontaktas gynekologisk onkologimottagning alternativt gynavdelning.

Påsbyte

Tömbar urinuppsamlingspåse, byts en gång per vecka samt vid behov.

Spolning av kateter

Vid kraftigt grumlig urin eller vid stopp i katetern spolas denna med 10 ml steril NaCl. Aspirera vid behov. Katetern kopplas därefter ihop med påsen och återflöde inväntas.

Sker inget återflöde i katetern efter 2–3 spolningar eller om det inte går att spola in vätskan, kontakta gynekologiska onkologimottagningen, dagtid. Kvällar och helger, kontakta gynavdelningen på telefon 0500-43 14 18.

Spolning sker inte rutinmässigt, utan endast om urinen är kraftigt grumlig eller om det är stopp i katetern.

Blodtillblandad urin är normalt, speciellt efter kateterbyte. Om kraftigt blodig urin kontaktas gynekologisk onkologimottagning alternativt gynavdelning.

OBS! Kopplingen på kateterslangen får aldrig skruvas isär, då kan trådarna som fixerar katetern rubbas.

Komplikationer

Urinläckage vid kateterns insticksställe

Katetern spolas, se spolning.

Knickbildning på katetern

Räta ut knicken. Tejpa över för att stadga. Kvarstår problemen efter dessa åtgärder, kontakta gynekologiska onkologimottagningen eller gynavdelningen.

Urinläckage i kateterkopplingen

Kontrollera att kopplingen är ordentligt ihopskruvad. Fäst kompresser eller absorptionsförband runt kopplingen som en tillfällig lösning. Kontakta sedan gynekologiska onkologimottagningen på Skaraborgs Sjukhus Skövde eller gynavdelningen som kan ombesörja en ny koppling alternativt ordna så att patienten får en ny kateter.

Om PNP-katetern har glidit ut ska sjukhuset kontaktas omedelbart dygnet runt.

Vid hög feber kontakta gynekologiska onkologimottagningen eller gynavdelningen.

Kvinnokliniken
Gynekologisk onkologimottagning
Skaraborgs Sjukhus Skövde

(källa: styrdokument urologkliniken, Skaraborgs Sjukhus Skövde)