Tillägg til FSN_02_2026_e-motion M25_SE

I den FSN som skickades till Läkemedelsverket beskrivs de åtgärder som ska utföras av användare och tjänsteleverantörer på en övergripande nivå.

Nedan vill vi ge ytterligare förtydliganden kring de rekommenderade åtgärderna.

Som en förebyggande säkerhetsåtgärd bör QR-kodsetiketterna tas bort från lättillgängliga områden och förvaras på en säker plats för att förhindra obehörig åtkomst, efter att drivhjulen har parats ihop med smarttelefonen.

För att underlätta detta kan de borttagna QR-kodsetiketterna fästas på den avsedda platsen i bruksanvisningen.

Alternativt kan användaren förvara QR-koderna på en annan säker plats, till exempel på undersidan av drivhjulen, där de inte är lätt synliga eller åtkomliga.

i.A. Luigi Bruno

Deputy Head of Quality Management