



Läkemedelsnära produkter
2024-06-17

Viktigt säkerhetsmeddelande till dig som förskriver MiniMed insulinpumpar

Hej,

Leverantören Medtronic har upptäckt att det har skickats ut ett felaktigt batterilock till några av våra användare av MiniMed 780G insulinpump i samband med det säkerhetsmeddelande som gick ut i höstas. Leverantören kommer att ersätta samtliga användare som har fått ett felaktigt batterilock med ett nytt kompatibelt batterilock.

Information från leverantören bifogas här:

[MiniMed™ 780G – Användning av kompatibelt batterilock - Vårdgivare.pdf \(vgregion.se\)](#)

[MiniMed™ 780G – Användning av kompatibelt batterilock - Användare.pdf \(vgregion.se\)](#)

Med vänlig hälsning,
Läkemedelsnära produkter
Område Diabetes