

Läkemedelsnära produkter  
2024-12-19

## Återkallning av urologisk produkt

Hej,

Det har inkommit en produktåterkallelse avseende urinvägskatetrar från Coloplast.

På Coloplasts förpackningsfabrik har ett möjligt problem uppstått med steriliteten i den primära förpackningen (den sterila påsen).

Produktåterkallelsen gäller följande Sesamnummer:

Sesam art.nr	Artikelbenämning
37816	Kateter kvarl 25cm Ch12 Folsyl X-Tra för kvinnor 2v
37817	Kateter kvarl 25cm Ch14 Folsyl X-Tra för kvinnor 2v
37818	Kateter kvarl 25cm Ch16 Folsyl X-Tra för kvinnor 2v
37819	Kateter kvarl 25cm Ch18 Folsyl X-Tra för kvinnor 2v
37821	Kateter kvarl 41cm Ch12 Folsyl X-Tra för män 2v
37822	Kateter kvarl 41cm Ch14 Folsyl X-Tra för män 2v
37823	Kateter kvarl 41cm Ch16 Folsyl X-Tra för män 2v [S]

[Instruktion för hur du söker fram patient med särskild artikel förskriften](#)

Se bifogad information från leverantören:

[Information om urinvägskatetrar från leverantören Coloplast.pdf](#)

Med vänlig hälsning,  
Läkemedelsnära produkter