


# Mag-tarm-levermottagning • د بطني، معايي او کبدی ناروغيو کلينیک


د ټټی ساتنه او تبدیل کوول

Skötsel och byte av knapp




د نس په داخل کی یو دانه بالون نصب دی چی د اوبو څخه ډک دی. بالون دغه ټټی په معده کی ټینگی ساتی.

På insidan av magen sitter en ballong fylld med vatten. Ballongen håller fast knappen i magsäcken.



د معدی مواد نشی کولای چی توی شی.

Innehållet i magsäcken kan inte rinna ut.




د بالون ټوله اوبه باید په هرو دوو هفتو کو یک ځل بدل شی. بالون باید \_\_\_\_\_ میلی لیټره اوبه ولری.

Allt vatten i ballongen ska bytas varannan vecka. Ballongen ska innehålla \_\_\_\_\_ ml vatten.



یو دانه ۵ میلی متري پیچکاری په شیردان کی کښیږدی او زړی اوبه تری نه وباسی. د نلکی څخه تازه اوبه واخلی او بالون په ډک کړی.

Sätt in en 5 ml-spruta i ventilen. Töm ballongen och spruta ut det gamla vattnet. Ta nytt vatten från kranen och fyll ballongen.




که د ۲ یا ۳ میلی لیټره څخه اوبه په بالون کی کمی وی، هغه باید ژر بدل کړی.

Om det saknas mer än 2-3 ml vatten i ballongen ska vattnet kontrolleras oftare.

# Mag-tarm-levermottagning • د بطني، معايي او كبدی ناروغيو كلينيك


د ټنې ساتنه او تبديل كړول

Skötsel och byte av knapp



دا ټنې بايد په درو يا څلورو مياشتو كې بدلي شي.

Knappen ska bytas var tredje eller var fjärde månad.



كه تاسې گمان كوي چې بالون خراب شوی دی يا څڅك كوي يا نرسې او ياهم ډاكټر تاسې ويلي وي هغه وخت بايد تاسې ټنې تبديل كړئ.

Byt också knappen om du tror att ballongen gått sönder, eller om den läcker, eller om sjuksköterska eller läkare sagt att den ska bytas.



په یاد ولری چې تاسې همیشه یوه دانه اضافی ټنې چې اندازه ئی درست وی په کور کی ولری.

Tänk på att alltid ha en extra knapp hemma i rätt storlek.