


Mag-tarm-levermottagning . بنکهی پیشوازی گهده-ریخۆله- جگهر


ئاگالنیوون و گۆرینی کناپهکه

Skötsel och byte av knapp




له دیوی ناوهوهی سکدا بالۆنیک دانراوه که پره له ئاو. بالۆنهکه کناپهکه به جیگیری له ناو گهدهدا پادهگریت.

På insidan av magen sitter en ballong fylld med vatten. Ballongen håller fast knappen i magsäcken.



ناتوانیت شتی ناو گهده لیوهی بیتته دهرهوه.

Innehållet i magsäcken kan inte rinna ut.




دهشپت هه موو ناوهکهی ناو بالۆنهکه به دوو ههفته جاریک بگۆرپیت. دهشپت بالۆنهکه ___ مل ناوی تیدابیت.

Allt vatten i ballongen ska bytas varannan vecka. Ballongen ska innehålla ___ ml vatten.



سرنجیکی 5 ملی بکه به فینتیهکهوه. بالۆنهکه به تالکه و ناوه کۆنهکهی لیبهینهره دهرهوه. ناوی تازه له بهلوعهکه وهرگره و بالۆنهکهی پیپرکهوه.

Sätt in en 5 ml-spruta i ventilen. Töm ballongen och spruta ut det gamla vattnet. Ta nytt vatten från kranen och fyll ballongen.




ئهگهر ناوی ناو بالۆنهکه 2-3 مل کهمی هه بوو، دهشپت بالۆنهکه زوو زوو کۆنترۆلکریت.

Om det saknas mer än 2-3 ml vatten i ballongen ska vattnet kontrolleras oftare.

Mag-tarm-levermottagning . بنکه‌ی پیشوازی گه‌ده-ریخۆله- جگهر


ئاگالنیوون و گۆرینی کناپه‌که

Skötsel och byte av knapp



ده‌شیت ههر سێ یا چوار مانگیک کناپه‌که بگۆررێت.

Knappen ska bytas var tredje eller var fjärde månad.



کناپه‌که بگۆره‌ نه‌گه‌ر له‌و باوه‌رده‌داییت که بالۆنه‌که ته‌قیوه‌، یان نه‌گه‌ر لێی بجیت، یان نه‌گه‌ر په‌رستار یان دکتۆر گووتی ده‌بیت بگۆررێت.

Byt också knappen om du tror att ballongen gått sönder, eller om den läcker, eller om sjuksköterska eller läkare sagt att den ska bytas.



بیر له‌وه به‌کره‌وه که ده‌بیت کناپیکی زیاده‌ت له‌ ماله‌وه هه‌بیت که قه‌باره‌که‌ی دروست بیت.

Tänk på att alltid ha en extra knapp hemma i rätt storlek.