

Senast reviderat: 2025-11-20

Dokumentet gäller för: Hybrid och intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, sektionsledare (monak1)

Leverresektion utvidgad kolecystektomi robotassisterad (transplantation)

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation

Op kort:	JJB71, ZXC96, JKA21, XJA01
Från sterilcentralen:	Robotgaller Sonoca Hepaccs Robot set
Op bord:	Standardbord, snedställt cirka 45° med huvudet mot fönstret Ställ in roboten på övre abdomen + hö sida
Optik:	Robotoptik XI 30°
Apparater:	Sonoca 300 Ultraljud
Extra instrument:	Ev. Hemolock XL, <i>magasin ligger i robotvagnen</i> Ev. Hemolock L, <i>magasin ligger i robotvagnen</i> Ev. Skopi tång babcock 3 delar 36cm Ev. Kärklämmare Bulldog 25mm 2 raka + 1 böjd Ev. Skopi kärklämmare Glover Ev. Hepaccs combination tubing 70050318-10 (<i>slangset</i>) Ev. Hepaccs Sonotrode och skydd 617K0930 (<i>laparoskopisk engångsspets och engångsskydd svart</i>) Ev. Renssticka
Övrigt:	Clarify Visualization System (antifog) 21-345 Lamphandtag Monopolär diatermi

Postadress:

Hybrid och intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

	<p>Ev. Detachable Endoretrieval pouch 1150 ml/12mm 899112 Ev. Detachable Endoretrieval pouch 600ml/10mm 899103 TipCover Accessory 400180 x 1 Spol/sug elefant ASP185 x 1 Cannula seal 5-8 mm 470361 x 4 Instrument arm drape 470015 x 4 Column drape 470341 x 1 ConMed air Seal gaslang ASM-EVAC1 ConMed AirSeal 12/100 mm port iAS12-100LPi 113242101 Troakar 12mm Applied medical Kii Fios CTF73 Ev. Troakar 5mm Applied medical Kii Fios CTF03 Instrumentbordslakan x 1 Ev. Blå Vessel loop Ev. Tourniquet set Ev. Bomullsband</p> <p>Ta in levervagnen på salen</p>
Robotinstrument:	<p>Transducer 9096 Robot Ev Fenestrerad bipolar forceps da Vinci Xi 8mm Ev Large needle driver da Vinci Xi 8mm Ev Large Clip applier da Vinci Xi 8mm Ev Synchroseal 480440 Ev Stapler 8mm SureForm 30 Curved-Tip da Vinci Xi 488530 Ev Magasin 8mm SureForm 30 Reload da Vinci XI 48230W</p>
Läkemedel och vätskor:	<p>Ringer-Acetate 1000 ml NaCl 1000ml (<i>till sonoca hepaccs</i>) Sterilt vatten (<i>används till avtorkning/genomspol av instrument/optik</i>) Ev. Verdye 25mg (<i>indocyaningrönt</i>) Carbocain/Adrenalin 5 mg/ml Marcain 5 mg/ml</p>
Suturer:	<p>Ev Stratafix 4-0 SXPP1B427 PDS 2-0 UR-6 Monocryl 4-0 PS-2</p>
Vid konvertering:	<p>OBS! Ha alltid konverteringsvagnen utanför salen!</p> <p>Roboten dockas av och kan därefter avlägsnas från patienten.</p>

	<p>Patienten ligger kvar i upplagt läge.</p> <p>Vid timeouten bestäms vem som dockar av samt vem som backar roboten vid en konvertering eller annat akutläge.</p> <p>Lap.tomigaller Kärlgaller Dubbelstagad Omnitract-hake Ev. Levergaller 2 pkt bruna dukar Risslersug Kärlsug</p>
Upplägning:	<p>Kontrollera upplägget på i orbit Ev. Kulmadrass Ev. Fotplatta Vänster arm ut på armbord Höger arm längs med kroppen på armbord Vid ev. sidoläge polstras höger arm och läggs utmed kroppen.</p> <p>Takhängd skärm vid pats vänstra axel Takhängd skärm till höger om robotornet</p>
Op drapering:	Drapering fyrfält
Rengöring:	<p>Robotinstrument: Spolport 1 spolras igenom med 15ml sterilt vatten, låt instrumentet ligga ner när du spolras genom det. Sätt en fuktad (sterilt vatten) tvätt-tork om skänklarna på robot-instrumentet.</p> <p>Kameraoptik: Spolras igenom i alla 3 portar, samtidigt som du håller ner knappen i den porten du spolras. Lägg därefter i sin låda.</p>
Startkostnad:	Lägg in startkostnad: Robotkirurgi