

Senast reviderat: 2025-05-14

Dokumentet gäller för: Hybrid och intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, sektionsledare (monak1)

## Metodkort Transplantation – Organuttag MOD Multivisceral

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Op kort:	?
Op galler/hakar:	LAP GALLER, KÄRLGALLER MOD-GALLER (uttag SU)  MOD-GALLER OCH RESVÄSKA (uttag på annat sjukhus)
Op bord:	Universal
Extra instrument:	Förlängd perman  GIA60 <b>GIA6038S</b> + extra magasin <b>GIA6038L</b> används för att stapla av oesophagus och colon  Alt.GIA80 <b>GIA8038S</b> + extra magasin <b>GIA 8038L</b>

Övrigt:	Aortaset Bukset Engångshandfat 2st Prepareringsbricka <i>vid uttag på annat sjukhus, hör med kirurg om brickan ska med</i> Monopolär diatermi 2st Risslersugar 2st Tarpåsar 3st Vesselloop blå 2fpk Bomullsband 3-4st Steril märkpena Agrafer 2st 60cc Sårsputa Tomey 2st TUR-aggregat 2st Spiralkatetrar 18-20ch <i>vuxen</i> Spiralkatetrar 6-16ch <i>barn</i> Sugkatetrar 6,8,10,12 eller 14 Babyfeeding nr 4 (ev) Slush + Warmer Disc-Drape ORS-320 <i>sterilförråd 1, op 8</i> Kärlgraftburk 2st Mjältburk 1-2st
Utrustning på salen:	<b>Utrustning på salen:</b>  3 sugar kopplade till Neptun 2 st monopolära diatermiapparater Hush Slush ismaskin <i>står i dikteringsrummet utanför sal 86</i> 2st droppställningar
Läkemedel och vätskor:	Heparinkoksalt enl PM 8-10 liter StoreProtect Plus  Tag med extra is. Be koordinatör att donatorssjukhuset fryser mycket slush NaCl och ställa 3 liter NaCl kallt. <b>VIKTIGT!</b>
Suturer:	PDS 0 ctx, 2st Ticron ligatur 0-0, 2-0, 3-0 Surgipro 4-0, 5-0 Ståltråd <i>vid thorakotomi</i> Benvax <i>vid thorakotomi</i>

---

Uppläggning:	Armarna inbäddade längst sidorna vid gemensamt buk/thoraxuttag. Armarna ut på armbord vid endast bukuttag.
Op drapering:	Kläd från symfysen till jugulum  Aortapack
Speciella önskemål:	Vid uttag i Danmark – kontrollera att sjukhuset dukar upp med grundinstrument, eventuellt får du instrumentera.  Gör iordning slush! Lägg in NaCl från kylskåpet i frysen. Undvik isbitar i slushen, det kan orsaka frostsador.