

Senast reviderat: 2026-02-04

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, Sektionsledare (monak1)

## Laparoskopisk nefrektomi vänster sida

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

### Arbetsbeskrivning

<b>Op kort:</b>	YKA01
<b>Galler, hakar:</b>	LAP SKOPI GALLER PREPARERINGSGALLER ENDOYEYE FLEX 3D OLYMPUS(MIS 5, op 1) alt ENDOYEYE FLEX 3D OLYMPUS MED JUSTERARE (MIS7, op8) Johan Nordström alltid Endoeye 30gr stel 3D Olympus (MIS 7) LAPAROSKOPI SET
<b>Extra instrument:</b>	Glover kärklämmare LAPAROSKOPISK (på sal)  1 st troakar 12 mm, Endopath 2B12LT Ev 1 st hylsa 12mm, Endopath CB12LT 1 st troakar 5mm, Endopath 2B5LT Ev 1 st hylsa 5 mm, Endopath CB5LT Ev 1 st troakar 12 mm Endopath B12XT 1 st njurburk  Echelon Flex, Powered Vascular Stapler 35mm PVE35A (+ 1 öppnad på sal) Magasin Endopath Echelon Vascular Reloads White 2,5mm LigaSure Maryland LF1937 Ev 1 st Detachable EndoRetrieval Pouch 899112 (+ 1 st extra öppnad på sal) Ev Ligaclips ER420 – öppnad på sal Ev Ligamax EL5ML – öppnad på sal  Rondskål

	<p>Litet koppset Diatermi <i>monopolär till hudsnittet vid njuruttaget</i> Bruna dukar Instrumentbordslakan 2st <i>till prepareringsbordet</i> Absduk <i>till prepareringsbordet</i> Engångsspets (Metal Suction Olive Tip) 6066520080 Steril etikett vä+hö njure MIS sug och spol Antifog Insufflatorslang Striker pneumoclear 0620050250 GelPort C8XX2CE (Johan Nordström) Aggregat med trevägskran <i>narkosen</i></p>
<b>Läkemedel &amp; Vätskor:</b>	<p>Carbocain/Adrenalin 5mg/ml Marcain 5mg/ml StoreProtect Plus 1000ml Genomspolning av njuren med Lidokain/Heparin/NaCl-blandningen (<u>0,5 ml heparin</u> 5000iE/ml i <u>10ml Lidokain</u> 10mg/ml och <u>10 ml NaCl</u> 9mg/ml) NaCl-slush att kyla njuren med</p> <p><b>Sterilt vatten i en B8-kopp, NaCl i handfatet (OBS! Vid konvertering endast NaCl).</b></p>
<b>Suturer:</b>	<p>1 st 4-0 Monocryl Plus PS-1 (porthålen). 1 st 2-0 PDS Plus CT-1 (njursnittet). 1 st 4-0 Monocryl SH-1 Plus subcutant (njursnittet). 1 st 3-0 Monocryl Plus, rak nål till huden (njursnittet).</p>
<b>Uppläggning:</b>	<p>Kulmadrass, utsug vid huvudändan.</p> <p>Sidoläge enl ”Positionering i sidoläge i vacuumdrass op 1&amp;8” (hittas på Sharepoint op 1 &amp; 8, Första sidan, Positionering)</p> <p><b>Kirurgen är alltid vara med vid upplägget!</b></p>

**Speciella  
önskemål:**

MIS-tornet på patientens ryggsida, mot huvudändan. Båda kirurgerna står på patientens buksida.



Vid preparering av njuren inne  
på sal efter  
operationsslut, får inte  
draperingen tas bort  
innan prepareringen är klar!!

