

Senast reviderat:

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Pia Abrahamsson Op. ssk (piaab)

## Metod Laparoskopisk Sigmoidumresektion

Op.kort	JFB47
Op.bord	Standardbord med bensärplattor PinkPad madrass, dubbla benremmar
Op.galler	Lp.skopigaller/MIS X-tra instrument optik 30° (konverteringsgaller på utsidan)
Steriklädsel	Lap.skopiset op 1-8 uppsamlingspåse (kolorektalvagn) Lap.skopiset Abdo-perianal (kolorektalvagn)

**Postadress:**

Ange verksamhet  
Ange avdelning/enhet  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
413 45 Göteborg

**Telefon:**

031-342 10 00

**Webbplats:**

sahlgrenska.se

Extra instrument	Monopolär diatermi Harmonic HAR 1136 Troakar 2B12LT Ethicon 1 st Hylsa CB12LT Ethicon 1-2 st Troakar 2B5LT Ethicon 1 st Hylsa CB5LT Ethicon 1-2 st Tarmtänger MIS 2 st S-hakar Ev. Veresskanyl Ev. Ligaclip ER 420 alt. Liga max EL5ML Ev. Echelon Flex 60 PSEE60A +magasin Ev. TLC75 +magasin (Blå) Ev. Echelon cirkulär staple 29 mm CDH29P ----- Vid öppen anastomos: Mjuka tarmklämmare, Kocher 2 st Babcock 2 st Myggor 2 cm 1 x 5 st Hegar nålförare 16 cm 1 st Waughpincett 15 cm 1 st
Läkemedel och vätskor	Carbocain (Adrenalin) 5 mg/ml + 5 mikrogram/ml Marcain 5 mg/ml Plasmalyte 1000 ml
Suturer	2-0 Prolene CT2 (cirkulärstejpel) 2-0 PDS UR6 2-0 PDS CTI Ev. Biosyn cv25
Övrigt	Kameraskydd Insufflationsslang Stryker Antitog alt. Clearify

	<p>Sug-spol Lamphandtag Ev. Alexisport Salt. M Ev.Drevacdrän (passivt, använd påse till Blakedrän)</p> <p>Vid perioperativ sköljning av rektum: Trebensbord (rumpbord) Rondskål Sårspruta 60 ml uppsamlingspåse (kolorektalvagn) K/K ileostomikateter grå duk Xylocaingel spolvätska (Fråga operatör)</p>
Op.drapering	<p>Klä från xiphoideus till symfys med Abdo-perianalset uppsamlingspåse</p>
Speciella önskemål	<p>Upplägg MIS-torn på patientens vänstra neråt sida kirurg på patientens högra sida Ingen narkosbåge alt ”lakritsbåge” Hö.arm inbäddad utmed sidan</p>