

Senast reviderat: 2026-02-23

Dokumentet gäller för: Hybrid och intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, sektionsledare (monak1)

Ventrikelresektion GIST robotassisterad (endokrin)

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation

Från sterilcentralen:	Robotgaller Robot set
Op bord:	Standardbord med fotplattor Ställ in roboten på övre abdomenen + hö sida
Optik:	Robotoptik XI 30°
Extra instrument:	Ev Skopi kärklämmare Glover Retraktor lever stel Skopiarm (<i>sätts på pats hö sida mot armhålan</i>) Ev Hake Langenbeck 40x11mm 2st
Övrigt:	Lamphandtag Ev Monopolär diatermi Märkpena TipCover Accessory 400180 x 1 Spol/sug elefant ASP185 x 1 Cannula seal 5-8 mm 470361 x 4 Instrument arm drape 470015 x 4 Column drape 470341 x 1 ConMed air Seal gasslang ASM-EVAC1 ConMed AirSeal 12/100 mm port iAS12-100LPi 113242101 Troakar 12mm Applied medical Kii Fios CTF73 Troakar 5mm Applied medical Kii Fios CTF03 Clarify Visualization system (<i>antifog</i>) 21-345 Detachable Endoretrieval pouch 250-300 ml/10mm 899102-02 Instrumentbordslakan x 1

Postadress:

Hybrid och intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

Robotinstrument:	VesselSealer XI 480422 Arm Large Needle driver daVinci XI 8mm Arm Cadiere Forceps da Vinci XI 8mm Hook Permanent Cautery DaVinci Xi 8mm Fenestrated bipolar Forceps DaVinci Xi 8mm
Läkemedel och vätskor:	Ringer-Acetat 1000 ml Sterilt vatten (<i>används till avtorkning/genomspol av instrument/optik</i>) Carbocain/Adrenalin 5 mg/ml Marcain 5 mg/ml
Suturer:	V-LOC 180 3-0 CV-23 23cm, VLOCL0844 PDS 2-0 UR-6 Monocryl 4-0 PS-2
Salsplanering och dockning:	Huvud mot sal 85 Slida bordet mot sal 85 Bordet snedställt cirka 45° med huvudet mot fönstret Ryggläge med fotplattor Bägge armarna ut på armbord Operatör på pats högra sida Op-ssk på pats vänstra sida En takhängd skärm till höger om robotornet En takhängd skärm mot pats vänstra axel
Op drapering:	Drapering fyrfält
Vid konvertering:	Roboten dockas av och kan därefter avlägsnas från patienten Patienten ligger kvar i upplagt läge. Vid timeouten bestäms vem som dockar av samt vem som backar roboten vid en konvertering eller annat akutläge. Lap.tomigaller Kärlgaller Enkelstagad Omnitract-hake 2 pkt bruna dukar

	Risslersug Kärlsug
Rengöring:	Robotinstrument: Spolport 1 spolask igenom med 15ml sterilt vatten, låt instrumentet ligga ner när du spolask genom det. Sätt en fuktad (sterilt vatten) tvätt-tork om skänklarna på robot-instrumentet. Kameraoptik: Spolask igenom i alla 3 portar, samtidigt som du håller ner knappen i den porten du spolask. Läggs därefter i sin låda.
Startkostnad:	Lägg in startkostnad: Robotkirurgi