

Senast reviderat: 2026-01-08

Dokumentet gäller för: Hybrid och intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, sektionsledare (monak1)

Singelport Njurresektion (urologen)

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation

Från sterilcentralen:	Robotgaller SP Robot set
Op bord:	Standardbord
Optik:	Robotoptik Sp
Apparater:	Ev ultraljud
Extra instrument:	Hemolock L, <i>magasin ligger i robotvagnen</i> Kärklämmare Bulldog 25mm 2 raka+1 böjd <i>Knyt 12mm lång enkeltråd i bulldogklämmorna</i> Skopi nålförare ethicon+luerpropp Ev. Skopi kärklämmare Glover Ev Skopi Peang heiss 10mm 36cm, ej låsbart handtag 3 delar

Postadress:

Hybrid och intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

Övrigt:	Lamphandtag Instrumentbordslakan x1 Blå vesselloops 1fp <i>klippt i 4 delar, ca 11cm/del</i> K/N x1 Ev Blake drän 19 Ev SurgiFlo med endoskopisk applicator <i>ligger i robotvagnen</i> Ev Detachable Endoretrieval pouch 600ml/10mm 899103 Ev Detachable Endoretrieval pouch 250-300ml/10mm 899102 Hem-o-loc lila clips 2fp Suction & Irrigation set- Dual spike 5mm/33cm 899107 Antifog G.O.L.F.F ConMed air Seal gasslang ASM-EVAC1 ConMed AirSeal 12/100 mm port iAS12-100LPi Monopolar curved scissors tip SP x1 430035 Instrument sheath SP x2 430012 SP Endoscop sheath SP x1 430020 Instrument arm drape SP x1 430013 SP Access port kit, small incision (2,7-4,0cm) 430073 Sugslang med luftning 1320210080MLM Surgical skin marker <i>med linjal</i> 100L-00-PDG Ev M.O.R.A. laparoskopi tork 97110440-0 Vit sugkateter x1 <i>används som sug i operationsområdet</i>
Robotinstrument:	Arm Fenestrated bipolar forceps da Vinci SP 430011 Arm Monopolar curved scissors da Vinci SP 430004 Arm Cadiere Forceps da Vinci SP 430009 Arm Needle driver da Vinci SP 430006 Ev Transducer 9096 Robot
Läkemedel och vätskor:	Sterilt vatten (<i>används till avtorkning/genomspol av instrument/optik</i>) Marcain-adrenalin 5mg/ml
Suturer:	2-0 Polysorb v-20 <i>Hållsutur med många knutar på toppen av den vita sugslangen (kirurgen brukar fixa)</i> Monocryl 3-0 SH-1 plus, klippt 18cm 2st Tåtsuturer där man reserat njuren. <i>Knut längst ut, lila hem-o-loc nära knut, tråden i mitten på clipset. Ska kunna dra clipset längst</i>

	<p><i>tråden</i> Polysorb 2-0 V-20, klippt 11cm, 3-4st. Suture över njurkapseln. <i>Knut längst ut, lila hem-o-loc nära knut, tråden i mitten på clipset. Ska kunna dra clipset längst tråden</i> V-Loc 3-0, 15cm cv23, VLOCM0804 Gerotas fascia PDS 2-0 Ur-6 Monocryl 4-0 PS-2</p>
Uppläggning:	Ryggläge Bägge armarna ut på armbord
Op drapering:	Drapering fyrfält
Salsplanering och dockning:	<p>Slida bordet maximalt mot fotändan Sänk bordet i botten Kör in roboten 90gr mot patientens högra sida. Ungefär mitt på operationsbordet Robotvagnen vid fotändan <i>Alltid inkopplad i pendel C</i> Kirtorn bredvid robotvagnen</p> <p>Vä-sidig njurresektion: kirurg+op-ssk på pats vänstra sida. Takhängd skärm mot pats vänstra axel</p> <p>Hö-sidig njurresektion: kirurg på pats hö sida, op-ssk på pats vä sida. Takhängd skärm mot pats högra axel</p>
Preparathantering:	<p>Lägg osteril slush i en 1500ml burk alt den lilla hinken om preparatet är stort. Lägg sedan preparatet direkt på isen, sätt på locket och märk burken. Be kirurgen skriva en PAD-remiss. Anestesi tar prover enl deras pm och skickar med preparatet (om preparatet skickas på is) Ring därefter till patolog Martin Johansson 0736-213802 så kommer han och hämtar preparatet. Han vill bli ringd ca 30 min före upphämtning av preparat.</p>
Rengöring:	<p>Robotinstrument och kameraoptik: Spolport 1 spolras igenom med 20ml sterilt vatten, låt instrumentet ligga ner när du spolras genom det. Sätt en</p>

	fuktad (sterilt vatten) tvätt-tork om skänklarna på robot-instrumentet. Optiken läggs i sin låda.
Vid konvertering:	OBS! Ha alltid konverteringsvagnen utanför salen! Roboten dockas av och kan därefter avlägsnas från patienten. Patienten ligger kvar i upplagt läge. Vid timeouten bestäms vem som dockar av samt vem som backar roboten vid en konvertering eller annat akutläge. Lap.tomigaller Kärlgaller Dubbelstagad Omnitract-hake 2 pkt bruna dukar Risslersug Kärlsug
Startkostnad:	Lägg in startkostnad: Singelrobot SP