

Senast reviderat: 2026-01-08

Dokumentet gäller för: Hybrid och intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, sektionsledare (monak1)

Singelport Nefrektomi (urologen)

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation

Från sterilcentralen:	Robotgaller SP Robot set
Op bord:	Standardbord
Optik:	Robotoptik Sp
Extra instrument:	Hemolock L, <i>magasin ligger i robotvagnen</i> Hemolock XL, <i>magasin ligger i robotvagnen</i> Ev. Skopi Kärklämmare Glover Ev Kärklämmare Bulldog 25mm 2 raka+1 böjd <i>knyt 12mm lång enkeltråd i bulldogklämmaren</i>

Postadress:

Hybrid och intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

Övrigt:	Lamphandtag Instrumentbordslakan x1 K/N x1 <i>till sugslang med luftning</i> Ev Detachable Endoretrieval pouch 1150-1500ml/12mm 899112 Ev Detachable Endoretrieval pouch 600ml/10mm 899103 Hem-o-loc lila magasin <i>ligger i robotvagnen</i> Ev Hemolock guld magasin <i>ligger i robotvagnen</i> Suction & Irrigation set- Dual spike 5mm/33cm 899107 Antifog G.O.L.F.F ConMed AirSeal gasslang ASM-EVAC1 Monopolar curved scissors tip SP x1 430035 Instrument sheath SP x2 430012 SP Endoscop sheath SP x1 430020 Instrument arm drape SP x1 430013 SP Access port kit, small incision (2,7-4,0cm) 430073 Surgical skin marker med linjal 100L-00-PDG ConMed AirSeal 12/100 mm port iAS12-100LPi Sugslang med luftning 1320210080MLM Vit sugkateter x1 <i>används som sug i operationsområdet</i>
Robotinstrument:	Arm Fenestrated bipolar forceps da Vinci SP 430011 Arm Monopolar curved scissors da Vinci SP 430004 Arm Cadiere Forceps da Vinci SP 430009 Ev Arm Needle driver da Vinci SP 430006
Läkemedel och vätskor:	Sterilt vatten (<i>används till avtorkning/genomspol av instrument/optik</i>) Marcain-adrenalin 5mg/ml
Suturer:	2-0 Polysorb v-20 <i>Hållsutur med många knutar på toppen av den vita sugslangen (kirurgen brukar fixa)</i> PDS 2-0 Ur-6 Agrafer
Uppläggning:	Ryggläge Bägge armarna ut på armbord

Op drapering:	Drapering fyrfält
Salsplanering och dockning:	Slida bordet maximalt mot fotändan Sänk bordet i botten Kör in roboten 90gr mot patientens högra fot Robotvagnen vid fotändan <i>Alltid inkopplad i pendel C</i> Kirtorn bredvid robotvagnen Vä-sidig njurresektion: kirurg+op-ssk på pats vänstra sida. Takhängd skärm mot pats vänstra axel Hö-sidig njurresektion: kirurg på pats hö sida, op-ssk på pats vä sida. Takhängd skärm mot pats högra axel
Preparathantering	Lägg osteril slush i den lilla hinken. Lägg sedan preparatet direkt på isen, sätt på locket och märk burken. Be kirurgen skriva en PAD-remiss. Anestesin tar prover enl deras pm och skickar med preparatet (om preparatet skickas på is) Ring därefter till patolog Martin Johansson 0736-213802 så kommer han och hämtar preparatet. Han vill bli ringd ca 30 min före upphämtning av preparat.
Rengöring:	Robotinstrument och kameraoptik: Spolport 1 spolras igenom med 20ml sterilt vatten, låt instrumentet ligga ner när du spolras genom det. Sätt en fuktad (sterilt vatten) tvätt-tork om skänklarna på robotinstrumentet. Optiken läggs i sin låda.

Vid konvertering:	OBS! Ha alltid konverteringsvagnen utanför salen! Roboten dockas av och kan därefter avlägsnas från patienten. Patienten ligger kvar i upplagt läge. Vid timeouten bestäms vem som dockar av samt vem som backar roboten vid en konvertering eller annat akutläge. Lap.tomigaller Kärlgaller 2 pkt bruna dukar Risslersug Kärlsug
Startkostnad:	Lägg in startkostnad: Singelrobot SP