

Senast reviderat: 2026-05-13

Dokumentet gäller för: Hybrid och intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Monica Thompson, sektionsledare (monak1)

Singelrobot Tungbasresektion/Tonsillektomi (ÖNH)

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation

Op kort:	
Från sterilcentralen:	Robotgaller TOS-galler (TransOralSurgery) <i>öron tar med</i> Robot set
Op bord:	Standardbord
Optik:	Robotoptik Sp
Apparater:	NBI-ljuskälla <i>öron tar med</i> 2 sugkällor på sal
Extra instrument:	Tonsillspärr <i>öron tar med</i>
Övrigt:	Lamphandtag ev Monopolär diatermi Nåldiatermi, <i>öron tar med</i> Refnummer!! ev Gula tork ev orangea tork Instrumentbordslakan x1 K/N förlängning till sugslang med luftning Enkelslitslakan stort ev Ligaclips small Refnummer!! ev Ligaclips medium Refnummer!! Monopolar curved scissors tip SP x1 430035 Cautery spatula tip 400160 Instrument shield SP x2 430012 Camera sheath SP x1 430020 Sugslang med luftning 1320210080MLM

Postadress:

Hybrid och intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

	Instrument arm drape SP x1 430013 Vit sugslang <i>används som sug i operationsområdet, narkosens vagn</i> TOS-sug öron tar med Ögonskydd öron tar med
Robotinstrument:	ev Maryland bipolar forceps da Vinci SP 430010 ev Monopolar curved scissors da Vinci SP 430004 ev Cadiere da Vinci SP 430009 ev Monopololar cautery instrument SP 430007 ev Needle driver da Vinci SP 430006 ev Fenestrated bipolar forceps da Vinci SP 430011 Cannula 25mm x 100mm 430036 Obturator 25mm x 100mm 430016
Läkemedel och vätskor:	Sterilt vatten (<i>används till avtorkning/genomspol av instrument/optik</i>) ev Adrenalin 1mg/ml
Suturer:	2-0 Ethilon
Vid konvertering:	OBS! Ha alltid konverteringsvagnen utanför salen! Roboten dockas av och kan därefter avlägsnas från patienten. Patienten ligger kvar i upplagt läge. Vid timeouten bestäms vem som dockar av samt vem som backar roboten vid en konvertering eller annat akutläge. 2 pkt bruna dukar
Uppläggnig:	Standardbord Ryggläge med bägge armarna utefter sidan i armskenor Narkosapparaten mot patientens vänstra fotända Robotvagnen vid patientens fotända Diatermitorn bredvid robotvagnen Assistenten sitter vid höger sida av patientens huvud?? Op-ssk bredvid assistenten på patientens högra sida??

	<p>Ass-bord och instrumentbord på patientens högra sida?? Roboten körs in snett mot patientens huvuds högra sida</p> <p>Stödstrumpor Tandskydd öron tar med Bröststöd öron tar med ev urinkateter</p>
Op drapering:	<p>Drapering fyrfält med patientens näsa synlig Obs! Om körtlar på halsen ska tas klä som en carotisop</p>
Rengöring:	<p>Robotinstrument: Spolport 1 spolas igenom med 15ml sterilt vatten, låt instrumentet ligga ner när du spolar genom det. Sätt en fuktad (sterilt vatten) tvätt-tork om skänklarna på robot-instrumentet.</p> <p>Kameraoptik: Spolas igenom i alla 3 portar, samtidigt som du håller ner knappen i den porten du spolar. Läggs därefter i sin låda.</p>
Startkostnad:	<p>Lägg in startkostnad: Singelrobot SP</p> <p>Proctor: Jason Fleming Liverpool head and neck center</p>