

Senast reviderat: 2025-12-18

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Helen Jansson, Operationssjuksköterska (helje13)

## Metodkort Femorodistal bypass (bypass till underbensartär)

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

### Arbetsbeskrivning

Op kort:	VJJ15	reg flik: G
Op galler/hakar:	LITET GALLER KÄRLGALLER SMÅTT&GOTT-GALLER Ev FRILÄGGNINGGALLER	
Op bord:	Standard op bord alt lång kolfibertopp	
Extra instrument:	Adson ev 2 st Adson djup ev 2 st Cone hake ev 2 st Beaver knivblad Ringpincett Neuroclips+tång Ev Fogartyklämna LeMaitre valvulotom el. Braun insitucut Flödesprober Codman hook	<b>Apparater:</b> Sug Diatermi Doppler Medistim flödesmätare Röntgens ultraljudsapparat

Övrigt:	KAD Märkpena Fotpåse, 2 st Vessel loops blå + vita Kärlsug ev 2 st Ev bipolar pincett och sladd Ligaclip small/ medium Badmössa Slangstrumpa Grön eller vit kanyl med oliv ( Engångs) Beaver knivblad	Monopolär diatermi Sandsäck Slitslakan, enkelt eller dubbelt Genitalduk Ev Venhållare Ev Steril benvärmare Intraoperativt ultraljud
Läkemedel & Vätskor:	Heparin/Koksalt enligt PM. (5000 IE Heparin i 500 ml NaCl) <b>Paveron på sal</b> Ev Kontrast Omnipaque 140 mg/ml	
Suturer:	4-0 Ti-cron ligatur 0-0 Ti-cron ligatur 6-0 Kärlsutur 3-0 Monocryl PS-1 4-0 Monocryl PS-2	
Uppläggning:	Ryggläge, om fötterna mot pheno ska narkosapparaten vara på patientens hö vid dörren, kirurgmobilen patientens vänstra sida, lägg patienten långt ner på långkolfibertopp, blå prick mot pheno, pedal mot dörren, ta bort strålskydd som hänger på bordet, skjut ner tillbehörsskenorna som sitter på bordet så att vanliga armbord går att fästa på skenorna.	
Op drapering:	Tvätta från naveln och hela sjuka benet till foten. Ev även tvätta båda benen, fråga operatören. Sterilklä en sandsäck, att hålla foten på plats med.	

