

Senast reviderat: 2026-05-20

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Birthe Sigvaldsen Holmström, Operationssjuksköterska (birho25)

Metodkort Laparoskopisk gastrisk pacemaker

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

Arbetsbeskrivning

Op kort:	JDW97
Galler, hakar:	LAP SKOPI GALLER 30° OPTIK Ev. gastroskopi-torn
Op bord:	Fotplatta
Extra instrument:	Laparoskopisk nålförare Hemolock L + magasin Laparoskopisk bipolär tång
Övrigt:	Laparoskopiset <i>KAD behövs ej</i> Lamphandtag Optiksskydd Insufflatorslang Troakar 12mm CTF 73, 1 st Applied Troakar 5mm CTF03, 1 st Applied Hylsa 5mmCFS02, 1 st Applied Dopplerskydd (till pacemakerprogrammeraren) Ev spol + sug Ligaclips LT300 Knivblad 11

Postadress:

Ange verksamhet
Ange avdelning/enhet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgrenska.se

Läkemedel & Vätskor:	Carbocain/Adrenalin 5 mg/ml + 5 mikrog/ml Marcain 5 mg/ml
Suturer:	3-0 Ti-cron CV-305 att fästa pacemaker elektroder (15 cm långa, 2 st) 2-0 Ti-cron CV-305 att fästa pacemakern till fascian, 2 st 3-0 Polysorb V-20 subcutant Intrakutan sutur eller agraffer.
Uppläggning:	Båda armarna utåt. Dubbla benremmar.
Speciella önskemål:	<p>MIS-torn över patientens högra axel. Op-bordet placeras så att huvudändan är rakt mot plasmaskärmen.</p> <p>Pacemakerdosan läggs in i 10 mm troakarhål.</p> <p>OBS:</p> <p>Vid <u>nyinläggning</u> ska det finnas totalt 2 dosor och 3 elektroder (1 dosa i reserv+ 1 elektrod i reserv)</p> <p>Vid <u>dosbyte</u> ska det finnas totalt 2 dosor (1 dosa i reserv)</p> <p>Vid <u>elektrodbyte</u> ska det finnas totalt 3 elektroder (1 elektrod i reserv)</p> <p>Viktigt att Helena eller Andreas meddelas senast dagen innan och plockar fram rätt material eftersom det är speciella utgångsdatum och returelektroder på detta dyra material.</p> <p>Spara på etiketterna från pacemaker och elektroderna och lägg i journalen (läkare skall ha med) i tillägg till inskanning i datorn.</p>