

Senast reviderat: 2024-10-02

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs, Operationssjuksköterska (annja28)

Metodkort Symphony 3,5 mm

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation..

Arbetsbeskrivning

Op galler/hakar:	Ryggaller Benfusion galler Symphony 3,5 mm Låda A+B+C Codman slevar galler Anspach eG1 +(apparat och pedal op2) + fräsar Ort.förråd 8:2 L-8N-G1 Ev Symphony 3,5 mm Låda D Occiput Ev SYMPHONY LATERALT FÄSTE (beställs i T-doc) Peter Kores önskar: Symphony Dialator/Can instr (gallret kommer upp automatiskt till Kores men fråga innan du öppnar det!)
Op bord:	Kort kolfibertopp om Mayfieldstöd skall användas! Långt kolfiber topp på sal 83 och 86 / 82 Standardbord med lång kolfibertillsats till sal 85 Skallsträck kan vara tång/ haloring eller Mayfieldstöd
Extra instrument:	Ev små Gelpie hakar

Postadress:

Hybrid och Intervention
Operation 1 och 8
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 81 11

Webbplats:

sahlgrenska.se

	<p>Tag med Implantatvagnen Symphony</p> <p>Om Occiput får du ta med en implantat vagn till!</p> <p>Om Multipoint skruvar skall anv får du även ta med den lådan och beställa Symphony lateralt fäste. Implantaten står i implantatvagnen</p> <p>Om skruvarna skall sättas "percutant" Symphony dilatator/ Can instr</p>
Övrigt:	<p>Diatermitorn ställs vid fotändan</p> <p>Sal /83/86 huvudet mot stora ingången och narkosen vid pat fötter hö sida pendel C. Sal 82 huvudet mot dörren till Mr kameran och narkosen vid pat fötter hö sida (pat i bukläge).</p> <p>Med långa anestesislanger</p> <p>Ev mikroskåp på vä sida.</p> <p>Sal 85: Huvudet mot sal 86 och narkosen vid pat hö sida med långa slangar. Ev mikroskåp på vä sida.</p> <p>C-bågen på vä sida, kläs med 2 st duschmössor. Om c-båge, skall stå på samma ställe hö sida. Bedöm själv om du vill klä Pheno eller ej.</p>

Suturer:	0 PDS eller Polysorb 2-0 PDS eller Polysorb / Agrafter eller Stratafix
Uppläggning:	<p>1. Sövs i ryggläge, ev sätts skallsträck, tång. Patienten vänds. Bukläge, fråga operatören om grå kuddar (höga el låga). Patientens armar utefter sidorna med sidskydd. Patientens huvud mot Pheno. Tensoplast till axlarna.</p> <p>Vid fraktur, operatören alltid med och vänder</p>
Op drapering:	Ryggset, halstejpar x 2, snabel x 1. Klä alltid för möjlighet till spinn!
Förband:	Foam adhesiv + dränage förband. Krage får patienten på vårdavdelningen om det behövs efter op.
Speciella önskemål:	Pheno sal 83 C-båge i sidoprojektion, sterilklädd under operationen.
Navigation: Sal 83	Symphony Navigering E Navigering Grund Navigerings mall Ev Navigering tillägg Reflexkolor och mobil navigering, tangentbord kläs med 1000lapp.Om tangentbordet använd behöver du inte klä skärmen. Vi har 2st mobila navigation, står i verkstan och utanför sal 86..
Navigering sal 85	Navigering 3D vid anv av C-båge Reflexkolor C-båge skydd till monitornavigering.

Förslag på uppställning av apparater sal 85:

Pat huvud mot sal 86.

Eftersom nacken skall navigeras måste kameran och monitor till navigering placeras vid huvudet. Sedan c-bågen och sist monitor för c-bågen. Trollyn som styr c-bågen på lämplig plats. Nexiskabeln används så att c-bågens bild kommer upp på de små takhängda skärmarna. Alla 5 apparaterna måste kopplas ihop INNAN strömmen slås på annars måste du göra om. Var du skall stå med dubbelbordet är oklart. Skall försöka göra en skiss hur allt skall stå när vi har navigerat lite mer så att allt är utprovat och klart!

Navigation sal 82 och 86:

Det finns en blå korg i sterilförrådet (8:2) med engångsmaterial för navigation. Kameran och monitorn finns på sal 87 och kopplas ihop + ström kablar x 2 och en grön kabel och Nexiskabeln till pendel.

När jag skriver detta är Pheno precis synkad med den mobila navigationen så här får vi prova oss fram lite....

Om det är en **reop** och pat har **Expedium** 3,5mm behöver du ta upp det gallret med. Hattarna går på samma mejsel men tvärstag kräver olika skruvmejslar!