

Senast reviderat:2026-02-13

Dokumentet gäller för: Hybrid och Intervention Operation 1 och 8

Innehållsansvarig: Anna Jarlsnäs Op.ssk (annja28)

# Metodkort Endoscopiskt diskbräck - från sidan - Lång optik

Rutinen är ett metodkort med plocklista som syftar till en säker, enhetlig och metodisk planering och framplockning inför ovan nämnda operation.

## Arbetsbeskrivning

Op galler/hakar:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Slangset till pumpen 4171223 in och T0503-01 ut</li><li>• Endoskopiskt/Rygg Långt Alt. Endoskopisk/Rygg Universal</li><li>• Ev. Endoskopiskt/Rygg Shaver</li><li>• Tag med ett xtra slangset 4171223 att ha på sal om det blir fel när in slangen skall kopplas!</li></ul>
Extra instrument:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bipolär Elektrod lång, 350mm, 4993692 Finns i sterilförråd 8:2</li><li>• Spinalkanyl 4792 803</li><li>• Flergångs borrh/fräs till shaver 899751 304, -504, -514, -004</li></ul>
Övrigt:	Beredskap för konvertering!! Ställ en vagn utanför salen.
Läkemedel & Vätskor:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Na.Cl påse 3 liter x många, lägg i värmeskåpet + sugpåsar 2,0l Ev Neptun sug</li><li>• Ropivacain 10mg/ml</li></ul>
Uppläggning:	Bukläge  Ossanovagga och Standardbord med lång kolfibertillsats. Operatören står på patientens vänstra eller högra sida. Dvs. höger sidigt diskbräck, operatören står på patientens högra sida. Se till att det armbordet är så långt upp som det går. Operatören står på ståpall, ställ pedalen till

	bipolär diatermi på ståpallen. Pedalen till c-bågen kan stå på golvet.
Op drapering:	Ryggset, loban alt. U-formad uppsamlingspåse (ref 5217-14) kameraskydd, c-arm drape, knivblad nr 15.C-båge skydd
Speciella önskemål:	C-båge,RyggEndoskopitorn, speciell bipolär diatermi + shaver står på stapeln (Wolf)..Bipolär diatermi startar på 40. Genomlyser en hel del, använd röntgenförkläde!
Op teknik:	Operatören är med och lägger upp.
ABC86	Tag med Endo Shaver ledad Tipp + 2 olika fråshuvud(diamant 499751714 och 49975170)

