

# Information från Marknadsplatsen angående återkallande av produkt

Gäller från och med 2024-11-08

För spridning till berörda intranät inom Västragötalandsregionen

Länk till meddelandet <https://insidan.vgregion.se/stod-och-tjanster/system-a-0/marknadsplatsen-2.0/sakerhetsmeddelande/safelink-hallare-med-backventil-luerlock-fran-hettich-labinstrument-ab/>

## Information från Västra Götalandsregionens Marknadsplats

Vi har ett återkallande av produkt

– Hettich/Greiner artikel 450210 Safelink hållare med backventil, luerlock med batchnummer A240338Q.

Se över om ni har denna batch hos er och kassera dessa. Skicka sedan in returformuläret med antal kasserade artiklar till depån [Retursedel - blankett](#)

Bildkopia av meddelande från distributören





Sigtuna 24-11-05

Kära kund,

Greiner Bio-One har informerat oss om att enheterna som nämns nedan visar avvikelser avseende återställning av gummihylsan efter punktering.

Därför har Greiner Bio-One beslutat att initiera ett återkallande av de nedan nämnda enheterna.

Av produktöverensstämmelse och säkerhetsskäl måste produkterna återkallas.

Vi ber dig vänligen isolera ditt lager, inklusive någon av dessa föremål på plats och se till att det berörda partiet tas ur bruk hos berörda kunder.

Artikelnummer	Batchnummer
450210	A240338Q

Vi önskar bekräftelse på att ni meddelat era slutkunder ev kunder som har fått denna artikel med berörd batch men även om du fortfarande har dessa kvar på lager och hur stor kvantitet.

Vi önskar få tillbaka uppgifterna så snart som möjligt så vi kan ersätta er för dessa produkter.

Om du har ytterligare frågor ber vi er kontakta Therese Enström hos Hettich Labinstrument AB.

Mobil: 0734401165

[therese@hettichlabinstrument.se](mailto:therese@hettichlabinstrument.se)

Ordernr	Produkt	Kund/levn	Kund/levnamn	Batchnummer	antal
265249	450210	80108	Västra Götalandsregionen	A2400338Q	8700
265450	450210	80108	Västra Götalandsregionen	A2400338Q	5500
265596	450210	80108	Västra Götalandsregionen	A2400338Q	4900