

Senast reviderat: 2025-10-30 (förlängning)

Dokumentet gäller för: Onkologi/Strålbehandling Sahlgrenska/MR

Innehållsansvarig: Pernilla Johansson, medicinsk sekreterare, Josefin Höynä,  
specialistsjuksköterska Onkologi

## MR - Arbetsbeskrivning för implantatsansvarig personal på planeringsenheten

Underlag om identifierat implantat eller annat metalliskt föremål måste tas fram och finnas som grund för beslut innan patienten kan bokas för MR-undersökning. Följande ska kontrolleras och göras vid bedömning av implantat inför MR.

- Implantat som tidigare bedömts på SU och där det finns tydlig vägledning kan bedömas av implantatsansvarig personal på planeringsenheten. Tidigare bedömda implantat på SU finns i ”[Bedömningar av implantat inför MR-undersökningar](#)”. Behörighet i Sharepoint till samarbetsyta krävs. Inga patienter med pacemaker ska göra MR på strålbehandlingen
- Sök information i den allmänna rekommendationen på intranätet ”[MR-säkerhet](#)”
- Identifierade implantat eller annat metalliskt föremål som **ej får bedömas av implantatsansvarig personal på planeringsenheten** meddelas till sjukhusfysiker på MR-säkerhetstelefon 24417 (kl. 08 – 16) med all tillgänglig fakta om implantatet. Observera att det kan dröja flera dagar innan bedömningen kan färdigställas eftersom man ofta måste kommunicera med tillverkaren av implantatet
- Skriv i ”Bokningsinformation Q” under ”Metallföremål/implantat” i Encountern i Aria, vilken fysiker som godkänt implantatet
- Skanna in dokument med villkor för implantat (vid behov), i Aria under ”Strålanmälan”
- Vid villkorlig undersökning, kan planering av samordnande instanser behövas, ex kontroll före och efter MR
- Kommunikation från implantatsansvarig planeringsenheten till läkare sker genom task till SB-läkare Gbg
- Task skickas från implantatsansvarig personal till planeringsenheten vid av- och ombokningar

**Postadress:**

Onkologi  
Strålbehandling Sahlgrenska/MR  
Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
413 45 Göteborg

**Telefon:**

031-342 10 00

**Webbplats:**

sahlgrenska.se