

## KRYOKIRURGI – NÄSA/ÖRA

Läkare .....

Datum .....

Patient-ID:

Datum:

### Tumör



BCC  Curettage för PAD  
 PAD: lågaggressivt  
 PAD: medelaggressivt

Diameter ..... mm

Curettage  Stor curette  
 Liten curette

	1:a	2:a	3:e
Frystid			
Upptining av halo			

Tiden anges i sekunder



**Obs!** Rita ut exakt lokal på motsvarande bild ovan.

### Instruktioner för kryobehandling av BCC på näsa och öron "enligt Göteborgsmodellen":

- PAD-verifierade välavgränsade låg-medelaggressiva basaliom
- Noggrant curettage med stor och liten flergångscurette
- Blodstillning med järnklorid
- Kontinuerlig frysning med särskilda koner i neopren (tjocklek 3 mm) tills frost uppstår utanför konen
- **Frystid:** 20-30 sek. beroende på storlek (se ovan)
- **Upptiningstid av halo:** > 60 sek.
- **2 seanser**
- **Obs!** Högaggressiva basaliom (t.ex. morfea) ska aldrig kryobehandlas!