

Access - CDK

Suturering av vingar på CDK med lokalbedövning

Dialysmottagning Mölndal

Dialysmottagning Hem- och självdialys Mölndal

Dialysmottagning Östra

Dialysmottagning Sahlgrenska

Revidering i denna version

Ny gemensam rutin

Bakgrund/syfte

En CDK (central dialyskateter) ska under inläkningsfasen vara suturerad eller fixerad med exempelvis StatLock. Inläkningsfasen tar ungefär 12 veckor. Om det inte finns StatLock och en sutur släpper från CDK:ns vingar ska den sutureras fast.

Rutinen gäller för de sjuksköterskor som har delegering för suturering av vingar på CDK med lokalbedövning.

Arbetsbeskrivning:

Förberedelse

- Plocka fram material på ett rent bord.

Omlägningsset

Klorhexidinsprit

Carbocain® adrenalin

5 ml-spruta

Uppdragningskanyl

Blå kanyl

Nålförare

Pincett

Sax

Suturtråd Ethilon 4-0

Handskar

Uppdukning

- Ren rutin
- Sprita händerna
- Duka upp setet
- Öppna materialet

Lokalbedövning och suturering:

- Försäkra dig om att patienten inte är allergisk mot bedövning
- Använd dig av basala hygienrutiner
- Tvätta huden med klorhexidin där du har tänkt att sätta suturen
- Titta efter infektionstecken där tidigare sutur suttit
- Dra upp bedövning 3 ml
- Lägg bedövningen under huden
- Vänta 10 minuter
- Sätt sutur/suturer i huden, genom att först knyta suturen över en kantställd sax och sedan en andra i vingen/vingar minskar man risken för att tråden skär genom huden
- Klipp av trådarna på suturen till ca 1 cm längd

Arbetsgrupp

Linda Afsenius, Vårdenhetschef

Gisela Höjer, Överläkare