

# PD-Omläggning postoperativt

## PD-kateterutgång

### Bakgrund

Postoperativt ska bedömning av huden runt PD-kateterutgången samt omläggning av kateterutgång och porthål/operationssnitt utföras av sjuksköterska/undersköterskasom som fått undervisning om detta.

Hibiscrublösning / descutansvamp används för hudinfektion vid förbandsbyte enligt ”Checklista uppföljning efter PD-kateteroperation”. Hibiscrublösning / descutansvamp används högst två gånger per vecka. Vid upprepade täta förbandsbyten används Klorhexidinsprit vid varje omläggning.

### Sammanfattning

Om det postoperativa förbandet är mättat ska en omläggning utföras och nytt förband läggas på.

Annars utförs första förbandsbytet efter operation av PD-mottagningen efter sju dagar enligt ”Checklista uppföljning efter PD-kateteroperation”

Vid läckage används Aquacel 10x10cm, 2stycken.

Vid immunsupprimerad eller bakteriekoloniserad patient kan Aquacel AG, 5x5cm, 2 stycken användas efter särskild ordination.

## Material

- Plastförkläde
- Ytdesinfektionsmedel (till bordet)
- Handsprit
- Rena handskar
- Sterila handskar
- Dialystvättset
- Steril sax eller skalpellblad
- Hibiscrublösning 40 mg/ml, Descutansvamp eller Klorhexidinsprit 5 mg/ml
- IV 3000 frame delivery 10x12cm, 3 stycken eller motsvarande
- IV 3000 PVK förband eller motsvarande
- Aquacel 5x5 cm, 2 stycken eller Aquacel 10x10cm 2stycken steril sårfilm med pad 5x7 cm till porthålen.

## Utförande

Ta på plastförkläde.

Desinfektera bordet där omläggingsmaterialet ska dukas upp med ytdesinfektionsmedel.

Desinfektera händerna med handsprit.

Öppna alla förpackningar.

Om inte descutansvamp används håll Hibiscrublösning eller Klorhexidinsprit på några sterila kompresser.

Ta på rena handskar. Avlägsna försiktigt det smutsiga förbandet.

Undvik onödiga drag i katetern.

Ta av och släng handskarna och avsluta med en handdesinfektion.

Observera/inspektera och var vaksam på infektionssymtom.

Ta på sterila handskar. Klipp en skåra i en Aquacel.

Desinfektera huden runt kateterutgången med Hibiscrublösning/  
descutansvamp eller klorhexidinsprit under 30 sek. enligt bildinstruktion  
desinfektion runt PD-kateterutgång.

Den mekaniska rengöringen av huden är viktig.

Var försiktig när du rengör så att kateterens naturliga förlopp inte störs,  
det kan orsaka småsprickor runt utgångshålet som gör det lättare för  
bakterier att få fäste.

Om Hibiscrublösning eller Descutansvamp används, torka huden  
ordentligt torrt med en steril kompress innan det nya förbandet sätts på.  
Om Klorhexidinsprit används, låt huden lufttorka innan det nya  
förbandet sätts på.

Lägg den klippta Aquacelen under katetern, lägg den andra  
Aquacelkompressen över katetern, ovanpå den första.

Kateterutgång täcks därefter med IV 3000 frame delivery central eller  
motsvarande.

Efter förbandet på kateterutgången sätts ett PVK förband över katetern  
för att fixera. Se bild.

Om kateteränden fortfarande är proppad se till att kateterkorken är  
ordentligt fastskruvad.

Lägg steril kompress runt kateteränden för att undvika skav mot huden.  
Över resten av katetern läggs en steril kompress för att inte  
förbandstejpen ska fastna i katetern. Täck resten av katetern med förband  
enligt bild

Kateteränden ska vara lättåtkomlig för eventuell PD-start utan att  
förbandet över exitsite behöver öppnas.

Om det postoperativa förbandet över porthålen är mättat eller fuktigt ska en omläggning och nytt förband – sårfilm+pad 5x7 cm eller motsvarande läggas på.

## Dokumentation

I Melior dokumenteras: Hur stort ev. läckaget är från PD-kateterutgång eller porthål/operationsnitt.

Hur huden runt PD-kateterutgången ser ut.

Vilken desinfektionslösning som används.

## Ansvar

Verksamhetschefen ansvarar för att läkargruppen informeras om nytillkomna och reviderade rutiner.

På delegation av verksamhetschef ansvarar rutinansvarig sjuksköterska för att samtlig personal på

PD-mottagningen informeras om nytillkomna och reviderade rutiner

## Uppföljning, utvärdering och revision

Rutinansvarig sjuksköterska ansvarar för revision av rutinen.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient.

Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.”

### Omläggning postoperativt

