Mina frågor och funderingar

Skrivet av: Malin Leidzén, barnsjuksköterska
Frida Kjellberg, barnsjuksköterska
Granskat av: Vladimir Gatzinsky, barnkirurg
Reviderad: 2025-01-10

Verksamhetsområde
Kirurgi barn
Drottning Silvias barnsjukhus

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET VGR



Ballongknapp i gastrostomi

Information till barn och föräldrar

SAHLGRENSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET VGR

Ditt barn har fått en ballongknapp insatt i gastrostomin.

Knappen är en gastrostomiport i nivå med huden och tillverkad av vävnadsvänlig silikon. Den består av en ballong som fylls med vatten för att hålla knappen på plats i magsäcken. Knappen har också en backventil för att inte maginnehållet skall läcka ut.

Ditt barn har fått en _____ knapp insatt i gastrostomin

Storlek_____Fr

Längd_____cm

Ballongen är fylld med _____ml vatten.

Skötselråd

Huden runt knappen ska rengöras dagligen med tvål och ljummet vatten – gärna i samband med bad och dusch. Torka torrt med en mjuk handduk och vrid knappen ett varv.

Byt ballongens vätskevolym varannan vecka. Ballongen töms genom att man för in en luerspruta i ballongventilen. För in sprutan ordentligt då denna öppnar ventilen. Ballongventilen skall endast användas när man skall tömma och fylla ballongen. Töm ballongen helt och fyll på med nytt vatten. Använd kranvatten. Om det saknas mer än 2-3 ml vatten i ballongen ska volymen kontrolleras oftare. Normalt dunstar lite av vätskan. Rådgör med ansvarig sjuksköterska.

Knappen skall bytas om man misstänker att ballongen gått sönder, backventilen läcker eller enligt ordination av ansvarig läkare/sjuksköterska, Den skall bytas var 3:e -4:e månad. Tänk på att alltid ha en extra knapp hemma i rätt storlek.

Material
Material förskrivs inom Västra Götalands regionen via Sesam LMN. Materialet skickas hem eller hämtas på postens utlämningsställe. Beställning görs via Skövdedepån 010-441 31 99, knappval 3 eller via 1177.


För mer information eller vid problem kontakta:

Nutritionssjuksköterska _____

Tel. _____

Avdelning _____

Tel._____



Matningsråd

Tvätta alltid händerna innan maten förbereds och innan du matar barnet.
Koppla matslangen till knappen. Fyll matslangen med mat innan den kopplas på knappen för att undvika att ge barnet luft.
Näringslösningen ska vara ljummen – rumstempererad eller något varmare.
Efter maten skall knapp och matslang spolas igenom med minst 5-15 ml vatten för att förhindra beläggningar på knappens backventil. Koppla loss matslangen, spola därefter genom matslangen med kallt, varmt, 60 gradigt vatten och därefter kallt vatten. Förvara matslangen i en ren plastpåse eller låda mellan måltiderna. Byt plastpåse och diska eventuell burk dagligen. Byt kopplingsslang varannan vecka.

Munvård

Det är viktigt att ditt barn borstar tänderna och får hjälp att hålla en god munhygien trots att han/hon inte äter på vanligt sätt. Fukta eller smörj barnets läppar regelbundet.

Läkemedel

Mediciner kan bara ges i upplöst form i knappen.
Tabletter ska krossas noga och/eller lösas upp i vatten. Efter tillförsel av läkemedel ska slangen spolas igenom med minst 5–15 ml vatten.

Insättning och byte av ballongknapp

Ta ut knappen ur förpackningen och fyll ballongen med 5 ml vatten. Titta på ballongen, den skall vara symmetrisk och töm den därefter.
Töm den gamla knappens ballong med vatten. Dra försiktigt ut knappen från magen. Det kan underlätta om man använder lite glidslem.
Doppa den nya knappen i vatten eller glidslem och styr försiktigt med ett jämt tryck den nya knappen in i stomat. För in den tills den ligger platt mot huden.
Håll knappen på plats och fyll ballongen med vatten enl. ordination
Det skall inte göra ont att när ballongen fylls. Ta i så fall kontakt med nutritionssköterska/habiliterinssjuksköterska.
Torka torrt under knapp.
Första bytet görs alltid under handledning av nutritionssköterska/habiliteringssköterska.

Komplikationer och åtgärder

Rodnad runt gastrostomin

Läckage, hudinfektion, granulom. Kontakta nutritionssköterska/habiliteringssköterska.

Läckage vid sidan om knappen

För lite vatten i ballongen, trasig ballong, granulom

Kontrollera vätskemängden, byt knapp

Kontakta nutritionssköterska/habiliteringssköterska

Läckage genom knappen

Backventilen har hakat upp sig

Byt knapp, kontakta nutritionssköterska/habiliteringssköterska

Knappen har åkt ut

För lite vatten i ballongen eller trasig ballong

- Kontrollera ballongen
- Är den hel sätt in knappen igen och fyll på med vatten
- Är ballongen trasig byt till en ny knapp

Vid problem att byta knapp åk till sjukhus. Ta med den extra knappen.

Obs! **Ny knapp måste sättas inom 2 timmar**