Senast reviderat: 2025-12-01 rev 7
Dokumentet gäller för: Sektionen för Hematologi och Koagulation
Innehållsansvarig: Katarina Olsson Lundberg, Leg. Sjuksköterska/Aferessjuksköterska/ACFD
Godkänd av: Martin Stenson, Sektionschef. Jan-Erik Johansson, BMT-överläkare/CPD/ACFMD

B11 Säkerhetskontroller före aferesstart

Revideringar i denna version

- Tillägg rutin B28 för dokumentation på Aferesprotokoll
- Tillägg kontroll att aferesmaskin kopplas upp till uttag med reservkraft

Revisionshistoria

Rev	Giltig från	Förändring	Författare
6	2021-08	• Inga förändringar gjorda	Katarina Olsson Lundberg Jan-Erik Johansson
5	2018-11	• Förtydligande av rutin samt vissa mindre språkliga ändringar.	Katarina Olsson Lundberg
4	2015-11	• Inga ändringar har gjorts jämfört med föregående version	Katarina Olsson Lundberg
3.1	2013-04	-	Anna Söderstrand
2	-	-	-
1	-	-	-

Dokumentation

Dokumentation görs på aferesprotokollet som skannas i patientjournalens e-arkiv.

Granskare

Inger Andersson, Leg. Sjuksköterska/JACIE-koordintator
Jan-Erik Johansson, Överläkare/CPD

1. Kontrollåtgärder före aferesstart

Före aferes genomförs följande kontroller för att därefter signeras på aferesprotokollet:
Bilaga B1, B5, B6, B9, B10, B28: AFERESPROTOKOLL

- Visuell inspektion av aferes-set med uteslutande av knickade slangar, ocklusion, kontamineringsrisk, systembrott, skador på uppsamlingspåsarna, samt kontroll att hållbarhetsdatum inte överskridits.
- Visuell inspektion av primevätskor för uteslutande av kontamineringsrisk, missfärgning, läckage, skador på förpackningarna, samt kontroll att hållbarhetsdatum inte överskridits.
- Bekräftande av patient eller donatoridentitet med namn, personnummer och eventuell donatorskod.
- Kontroll att aferesmaskin får ström från uttag med reservkraft för att undvika avbrott vid strömavbrott.
- Säkerhetstest av aferesmaskin inför varje aferes enligt angiven rutin från tillverkaren.
- Kontroll av maskinnamn samt LOT/BATCH-nummer på aferes-set och använda vätskor.