

Fotoferesprotokoll

Namn, personnummer

Diagnos:		Indikation för fotoferes:				Datum:	
Ansvarig läkare:				Ansvarig ssk:			
Ordnationer inför fotoferes:							
Mål behandlad blodvolym: 1500ml		Antikoagulantia: ACD ☐ HEPARIN (10000-15000 i 500 NaCl) ☐		Ratio:	Om Blodprime	Etikett blodenhet	EVF värde i blodenhet
Utgångsdatum fotofereskit:		Inspektion fotofereskit ua (sign.)		LOT--nr fotofereskit:		Förlopp prime:	
Kontroll utgångsdatum NaCl, ACD-A, Uvadex, signeras:							
Förvärden blodprover		Hb		Lpk		Tpk	Evf
Blodtryck	Puls	POX	Längd	Vikt	TBV enligt Cellex		
☐ PVK	☐ CDK	☐ Dubbelnål	☐ Singelnål		Ev. kommentar infart:		
Insamlingshastighet	Returhastighet	Säkert intervall för ECV (TBV x 0,1)	Säkert intervall för ECV (TBV x 0,15)		ECV vid dubbelnål (enl. tabell)	ECV vid enkelnål (enl. tabell)	
Ändring av Tröskelvärde (laserstrålens position, standardvärde 150).				Cellexmaskin: ☐ Solveig (40519) ☐ Nooroz (40769)			
Vid venesection, returpåsens kvarvarande volym:				Larm:			
Kommentarer körning:							
Slutvolym insamlad:	Uvadex dos i ml (behandlingsvolym x 0,017)	Soltid min:	Vätskebalans efter fotoferes:		Processad blodvolym:	Förbrukad NaCl:	Förbrukad ACD: