

Senast reviderat: 2025-05-15

Dokumentet gäller för: Specialistmedicin, Gastroenterologisk endoskopimottagning

Innehållsansvarig: Gisela Ringström, vårdenhetschef

# Clinifeedingsond – endoskopisk nedläggning på GEA

## Revideringar i denna version

Inga ändringar

## Syfte

Att tydliggöra rutin för endoskopisk nedläggning av clinifeedingsond på GEA.

## Arbetsbeskrivning

### **Indikation:**

Patient där övre gastrokirurg bedömer att patienten skall ha en clinifeedingsond och det ej går att sätta denna på sedvanligt sätt p.g.a. förträngning eller annat passagehinder.

### **Utförande:**

Patienten skall ligga på röntgenbrits.

Transnasalt instrument, gå via näsan.

Ledare 0,018 inch. Vattna ledaren.

Stoppa ner ledaren via arbetskanalen, dra upp instrumentet och mata samtidigt ner ledaren, kontrollera med genomlysning att ledaren ligger kvar i samma läge.

Klipp clinifeedingsond i änden. Markera önskat läge med en penna på sonden.

Sonden skall spolås igenom med vatten innan den träs på ledaren.

För ner sonden på ledaren till önskat läge och dra sedan ut ledaren.

Kontrollera läge med insufflation av luft i sonden(s.k kurrprov).

## Ansvar

Sjuksköterskor och läkare på GEA

---

### **Postadress:**

Ange verksamhet

Ange avdelning/enhet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

413 45 Göteborg

### **Telefon:**

031-342 10 00

### **Webbplats:**

sahlgrenska.se

---

## Uppföljning, utvärdering och revision

Vårdenhetschef och sektionschef ansvarar för regelbunden uppföljning och utvärdering av verksamhetens stödjande dokument.

Revideringsansvarig är innehållsansvarig eller dennes av Sektionschef utsedd ersättare.

Medvetet avsteg dokumenteras i Melior om det är kopplat till patient.

Övriga orsaker till avsteg rapporteras i MedControl PRO.

## Dokumentation

Stödjande dokument hanteras enligt sjukhusets gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.

## Granskare/arbetsgrupp

Björn Lindkvist Sektionschef Gastroenterologi och hepatologi/Medicin/område 6

Svein Olav Bratlie Sektionschef Övre abdominiell kirurgi/Kirurgi/område 5

Per Hedenström VÖL GEA

Ann-Sofie Olsson Sektionsledare GEA

---

**Postadress:**

Ange verksamhet

Ange avdelning/enhet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

413 45 Göteborg

**Telefon:**

031-342 10 00

**Webbplats:**

sahlgrenska.se