

Senast reviderat: 2023-03-10

Dokumentet gäller för: VO Kardiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Innehållsansvarig: Charlotte Backelin, Vårdenhetsöverläkare

CVK och PA-kateter- Uppdukning

Vid uppdukning för CVK-inläggning

- **Färdigt CVK-set.**
- **3-lumens CVK 16cm**
- **Färdigpackad CVK-låda som finns i akutskåpet på avd 93, som ska innehålla:**

Sterilt material:

- 1st blodgasspruta
- 1st skalpell
- 3st långa trevägskranar
- 6st Bionector korkar/proppar
- Handskar (fråga läkare om storlek)
- 1 grön kanyl
- 1 svart kanyl
- Ultraljudsskydd – CIVCO, Transducer Cover
- 3st 10ml sprutor
- S-MAK 4F

Osterilt material:

- Klorhexidinsprit, färgad
- 1 flaska Carbocain/Mepivacaine 10mg/ml (utan adrenalin)
- Natriumklorid 9mg/ml, 100ml flaska
- 1st Descutansvampar
- 1st CVK-förband
- 3st mössor
- 2st munskydd
- 1st underlägg

Uppdukning sker i direkt anslutning till planerad inläggning.

Postadress:

Ange verksamhet
Ange avdelning/enhet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgrenska.se

Vid uppdukning för PA-kateter-inläggning, duka även upp:

Sterilt material:

- Swan-Ganzset
- 4st LuerLock-sprutor 10ml
- Inläggningsinstrument 8,5F (Intruducerset Exacta)

OBS! CVK-set och Swan-Ganzset öppnas INTE innan inläggning.

Granskare/arbetsgrupp

Charlotte Backelin, Vårdenhetsläkare VO Kardiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Monica Hjort, Undersköterska VO Kardiologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Postadress:

Ange verksamhet
Ange avdelning/enhet
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon:

031-342 10 00

Webbplats:

sahlgrenska.se