Optisk PD-test DCA Vantage

Anvisning Patientnära analysverksamhet

Inrättning…… Instrumentets serienr: …….

Utförande av optisk testkassett (1gång/ kvartal):

1. Dra den optiska testkassetten genom streckkodsläsaren
2. Följ instruktionerna på skärmen:
   Öppna luckan på kassettfacket och sätt i testkassetten
   Streckkoden ska vara på höger sida
   Stäng luckan
   Efter 6 minuter visas slutresultaten som skrivs in i protokollet.
   Bedöm om resultaten är godkända
3. Ta ut testkassetten på vanligt sätt
4. Gå till **Meny** och **Systemunderhåll**, markera ”**Kör ett optiskt PD-test**”, tryck **Klar**
5. Tryck **Bakåt** 2 ggr för att komma tillbaka till Startsidan

Resultat

Den genomsnittliga transmittansen (Medel, T) ska ligga inom intervall 0,9500-1,0500. Nya värden ska jämföras med startvärdet. Det nya värdet får inte avvika mer än +0,0100T.

Standardavvikelsen (SD, T) ska vid varje mätning vara mindre än 0,0015 och driften (Avv.max) ska vara mindre än 0,0140.

OBS! På resultatet av optisk test skrivs även Avvk,T ut. Detta värde behöver ej skrivas in.

År ……..	**Medel, T** Genomsnittlig transmitans Intervall: 0,9500 – 1,0500 Max skillnad mellan mättillfällena: ±0,0100	**SD, T** Standardavvikelse Skall vara mindre än 0,00150	**Avv. max** Drift Skall vara mindre än 0,01400	**Signatur**
		0.0015	0.0140	