

Laboratoriemedicin informerar

Nr 5, 2023-07-03

Begränsad tillgång av styckförpackade kyvetter till HemoCue Glukos och Hb

HemoCue har fått problem med produktionen av styckförpackade kyvetter till glukos och Hb. Problemet kvarstår troligtvis under flera månader.

Glukos

Det är mycket begränsad tillgång på HemoCue Glucose 201 RT Microcuvettes, enstycksfp med artikelnummer: 102766664 (114701).

För att det ska finnas kuvetter till de i VGR som behöver ett akut testsvar på glukos är det viktigt att så många glukosanalyser som möjligt på sjukhusen skickas till Laboratoriemedicin för analys.

Hb

HemoCue Hb 201 Microcuvettes, enstycksfp med artikelnummer: 102766045 (111717) kommer ersättas av HemoCue Hb 201 Microcuvettes, burk, artikelnummer: 102766037.

Mer information finns på Marknadsplatsens hemsida.

För ytterligare information:

Ulrika Torberntsson

PNA-ansvarig Kungälv sjukhus
Leg. Biomedicinsk analytiker
Mobil: 0722-24 37 78
e-post: ulrika.torberntsson@vgregion.se