

Laboratoriemedicin

## ELEKTRONISKA REMISSER – ATT TÄNKA PÅ FÖR BESTÄLLAREN

- Alla rör ska skannas=ankomstregistreras när de lämnas på Klinisk kemi och transfusionsmedicin. Det görs på datorn på bänken där prover lämnas. Kontrollera datorskärmen efter skanning:
  - blir skärmen vit är allt ok
  - blir skärmen röd är remissen inte skickad
- Prover som lämnas i akutluckan skannas vid den skanner som står i luckan, kontrollera att det är ok på skärmen enligt ovan

### Skriv ut etikett flera gånger

1. Välj Remisser/Svar – Kemlab – Provtagning i menyraden högst upp
2. Markera aktuell beställning i listan
3. Tryck på Skriv ut etiketter. Går att göra hur många gånger som helst

### Vid kapillärprovtagning

- Ring Klinisk kemi och transfusionsmedicin och beställ provtagning som vanligt
- Gör beställning i Melior som vid venprovtagning, med undantag för PK som beställs som kP-PK
- Skriv ut dubbelt antal etiketter, se Skriv ut etiketter fler gånger, ovan
- Skicka beställning direkt

Provtagningstid skrivs in i labdatasystemet av provtagande personal från klinisk kemi och transfusionsmedicin

### Kapillära PK

- Beställ kP-PK i lab.ord och skriv ut dubbla etiketter.
- Om P-PK är beställt och det inte går att ta venöst går det inte ändra till kP-PK om beställningen är skickad.
  - Säg till eller skriv en lapp och fäst på de utskrivna etiketterna (där det står P-PK) så ändrar personalen på laboratoriet beställningen.
- Om P-PK är beställt och det ska ändras till kP-PK går det att göra om beställningen inte är sänd:
  - Dubbelklicka på provet i Remisser/Svar – KemLab – Provtagning och bocka ur P-PK samt bocka i kP-PK. Skriv ut nya etiketter och släng de första (om de är utskrivna)

Titel	Dok. nr.	Giltig fr.o.m.	Sida
Elektroniska remisser, att tänka på för beställaren	2301-5	2024-02-15	1(2)

Laboratoriemedicin

## Komplettera beställning innan etiketter är utskrivna

- Gå in i Melior och välj Remisser/Svar – Kemlab – Provtagning i menyraden högst upp
- Radera beställning som ska kompletteras. Tänk på att radera rätt Lid/RID
- Gör om beställning med nya analyser och skriv ut nya etiketter
- Sänd beställningen

## Komplettera övriga beställningar

Ring kompletteringar till Klinisk kemi och transfusionsmedicin; 98571

## Etiketter

- Se till att hela streckkoden och hela patientnamnet syns på etiketten
- Sätt etiketten med remisnumret upp mot korken på röret så avdelning och tid kommer neråt



- Prover som beställs akut i Melior får en svart markering längst upp på etiketten.