

Gäller för: Verksamhet Barncancercentrum

Giltig från: 2026-02-03

Innehållsansvar: Pontus Eliasson, (ponel1), Sjuksköterska

Giltig till: 2028-02-02

Granskad av: Jenny Brühn, (jenbr33), Verksamhetsutvecklare

Godkänd av: Thorsteinn Gunnarsson, (thogu14), Verksamhetschef

Revideringar i denna version

Inga ändringar

Syfte

Att beskriva hur omvårdnadspersonal på Barncancercentrum skall tillgodose sig information och kunskap om hur den medicintekniska utrustningen på avdelningen skall handhas. Samt vilket ansvar var och en har i att tillgodose sig denna information.

Arbetsbeskrivning

Egenansvar

Var och en som är anställd under Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) tillsyn lyder under patientsäkerhetslagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdsområde (SFS 2010:659) och har därmed ett självständigt ansvar för sitt yrkesmässiga handlande. Hälso- och sjukvårdspersonal som ska använda och hantera medicinska produkter och, till dessa, anslutna informationssystem skall ha kunskap om:

1. Produkternas funktion.
2. Riskerna vid användningen av produkterna på patienter.
3. Hantering av produkterna.
4. Vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa en vårdskadas omfattning när en negativ händelse har inträffat.

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska kontrollera de medicintekniska produkterna innan de används på patienter. Kontrollen skall göras enligt de av tillverkaren givna instruktionerna.

Information om den medicintekniska utrustningen

När man börjar jobba på Barncancercentrum skall man få en genomgång av den medicintekniska utrustningen av Medicintekniska gruppen under det första mentorutbildningstillfället. Genomgången ska innefatta indikation för användning, handhavande och vilka risker som finns vid felhavande.

Efter introduktionen och fortlöpande därefter skall den egna kunskapen om den medicintekniska utrustningen på Barncancercentrum gås igenom en gång per år av varje enskild sjuksköterska och barnsköterska. I lärportalen finns utbildningar på den vanligast förekommande medicintekniska utrustningen. När du klarat dessa är de godkända i ett år innan de återigen visas på hemskärmen för att göras på nytt. I pärmen "Medicinsk teknik" finns manualer, PM, lokala rutiner eventuella snabbguider och annan information om varje utrustning. Man kan även be en mentor eller någon från den medicintekniska arbetsgruppen att visa utrustningen praktiskt.

Ansvar

Gäller för all personal på Barncancercentrum. Ansvar för spridning och implementering har avdelningschef. Verksamhetschefen ansvarar för att de rutiner och riktlinjer som verksamheten kräver finns tillgängliga och att verksamheten arbetar enligt SOSFS 2011:9.

Uppföljning, utvärdering och revision

För uppföljning av denna rutin ansvarar MT-gruppen på Barncancercentrum. För revision ansvarar innehållsansvarig. MT-gruppen och innehållsansvarig ansvarar tillsammans för utvärdering. Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior, om rutinen är kopplad till patient. Övriga avsteg från rutinen rapporteras i MedControl PRO.

Relaterad information

Patientsäkerhetslagen - https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659

Socialstyrelsens riktlinjer och föreskrifter för användning av medicintekniska produkter – <https://www.socialstyrelsen.se/regler-och-riktlinjer/foreskrifter-och-allmanna-rad/konsoliderade-foreskrifter/20081-om-anvandning-av-medicintekniska-produkter-i-halso--och-sjukvarden/>

Kunskapsöversikt

Pärmen "Medicinsk teknik"

Medicintekniska fliken i Barncancercentrums utbildningsbibliotek i Lärportalen.

Innehållsgranskare

Lars Kawan, Vårdenhetsöverläkare, Barncancercentrum

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Verksamhet Barncancercentrum

Innehållsansvar: Pontus Eliasson, (ponel1), Sjuksköterska

Granskad av: Jenny Brühn, (jenbr33), Verksamhetsutvecklare

Godkänd av: Thorsteinn Gunnarsson, (thogu14),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SU9774-1570060579-120

Version: 3.0

Giltig från: 2026-02-03

Giltig till: 2028-02-02